＊＊2023年 7月改訂（第5版）
＊2016年 9月改訂（第4版　新記載要領に基づく改訂）

製造販売届出番号：13B1X00048001354

機械器具　36　医療用ピンセット

一般医療機器　眼科用ピンセット　（ＪＭＤＮ：16209001）

販売名：DS-1612F 稲村氏ｶﾌﾟｼｭﾛﾚｸｼｽ鑷子 ﾌｧｲﾝ ﾁﾀﾆｳﾑ

【禁忌・禁止】
1. 本品の二次加工（改造・調整等）は折損及び本来機能を損なう原因となるので絶対にしないこと。

**【形状、構造及び原理等】

ハンドルは、スプリング式で凹凸部に圧力を掛けることにより先端が閉じる。先端部は、三角状で内側に凹凸がある。複数機器を同時に使用する場合に器具の識別が容易となるように熱処理による色加工が施されている(基本色:ﾌﾞﾙｰ、GO：ｺﾞｰﾙﾄﾞ、PU：ﾊﾟｰﾌﾟﾙ)。

外観写真



形状及び寸法

形状	型式	商品名	全長	先端
三角状/凹凸付/スケール無し	DS-1612F	稲村氏ｶﾌﾟｼｭﾛﾚｸｼｽ鑷子 ﾌｧｲﾝ ﾁﾀﾆｳﾑ	103 mm	0.45 mm
	DS-1612FGO	稲村氏ｶﾌﾟｼｭﾛﾚｸｼｽ鑷子 ﾌｧｲﾝ ﾁﾀﾆｳﾑ ｺﾞｰﾙﾄﾞ	103 mm	0.45 mm
	DS-1612FPU	稲村氏ｶﾌﾟｼｭﾛﾚｸｼｽ鑷子 ﾌｧｲﾝ ﾁﾀﾆｳﾑ ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	103 mm	0.45 mm
三角状/凹凸付/スケール付(1mm刻み)	DS-1612FB	稲村氏ｶﾌﾟｼｭﾛﾚｸｼｽ鑷子 ﾌｧｲﾝ ﾁﾀﾆｳﾑ ｽｹｰﾙ	103 mm	0.45 mm

※標準色以外の場合には、商品名の後方に色名称（ｺﾞｰﾙﾄﾞ、ﾊﾟｰﾌﾟﾙ）が入ります。
チタニウム

【使用目的又は効果】

眼科手術において、水晶体前嚢等の眼組織の把持及び水晶体核の分割を目的とする。

【使用方法等】

眼科手術の際、切開創から先端部を挿入し、水晶体前嚢等の眼組織の把持、及び水晶体核分割を行なう。滅菌方法：高圧蒸気滅菌

【使用上の注意】

1. 使用前に必ず洗浄・滅菌（保守・点検に係る事項参照）をすること。
2. 既定の使用目的（眼組織）以外に使用しないこと。
3. 折損、曲がり等の原因になり得るので使用時に必要以上の力（応力）を加えないこと。
4. 電気メスを用いた接触凝固は、術者が感電、火傷をする危険性があり、また、器具の表面を損傷するので併用しないこと。
5. 塩素系及びヨウ素系の消毒剤は、腐食の原因になるので、出来るだけ使用を避けること。使用中に付着したときには水洗いすること。
6. 使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等が乾燥しないうちに直ちに洗浄液等に浸漬すること。また、必要以上の浸漬は表面を劣化させるおそれがあるので、洗浄液の適正な用法用量(時間)で浸漬後、蒸留水で洗い流し、十分に乾燥させること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 高温・多湿・直射日光を避けて保管すること。
2. 滅菌したものを保管するにあたっては、再汚染を防ぐため清潔な場所に保管するとともに有効保管期間の管理をすること。

【保守・点検に係る事項】

1. 使用前に汚れ、傷、曲がり等の異常がないか点検すること。
2. 洗浄／滅菌を装置で行う場合には、器具同士が接触して微細な先端部を損傷させないように隔離されたシリコンメッシュマットあるいはラック式滅菌用コンテナ等にセットすること。
3. スプリングハンドルの関節式ジョイント部を外す場合には、ジョイント部周辺を捻らないように注意すること（ハンドル部やヒンジ部の変形や劣化、かみ合わせ不良の原因により本来の機能が発揮できなくなる恐れがあるため)。
4. 洗剤の残留がないよう十分にすすぎをすること。仕上げすすぎには、浄化水（濾過、蒸留、脱イオン化等）を用いることを推奨する。
5. 強アルカリ／強酸性/塩素系/ヨウ素系の洗浄剤・消毒剤は、器具を腐食させるおそれがあるので使用を避けること。
6. 金属たわし、クレンザー（磨き粉）等は、器具の表面が損傷するので汚物除去及び洗浄時の使用はしないこと。
7. 使用後は、出来るだけ早く血液、体液、組織等の汚物を除去し、職業感染防止のために洗浄・消毒すること。
8. 使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等が乾燥しないうちに直ちに洗浄液等に浸漬すること。また、必要以上の浸漬は表面を劣化させるおそれがあるので、洗浄液の適正な用法用量(濃度・時間)で浸漬後、蒸留水で洗い流し、十分に乾燥させること。
9. 点検後、セット・包装をし、高圧蒸気滅菌をすること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者　株式会社イナミ
〒113-0033　東京都文京区本郷三丁目24番2号
TEL　03-3814-1731　/　FAX　03-3814-3334
製 造 業 者　OPTICO　LTD.(英国)