

特定保守管理医療機器 L-0574 C マウント TV カメラアダプター(F=38mm)

【警告】


1. 患者及び使用者の安全を守り機器を正しく使用するために、注意事項は必ず守ること。
2. 本体に衝撃を与えないこと。
3. 熟練した人以外は操作しないこと。
操作を熟知していない人が操作をすると、誤った操作をしてケガや故障の原因となるため、操作講習を受けた眼科医師、眼科医療従事者以外は操作しないこと。
4. 患者や子供の行動に注意すること。
患者や付き添いの子供のいたずらなどの機械操作で事故を起こすことがあります。目を離さないように注意すること。

【禁忌・禁止】

1. 本体を分解したり、改造したりしないこと。
2. 故障や異常状態での使用をしないこと。
3. 未整備状態での使用をしないこと。
4. 本体に水をかけないこと。
5. 機器を強くたたいたり、揺すったり、擦ったりしないこと。

【形状、構造及び原理等】

1. 形状及び名称



2. 構造

C マウント TV カメラアダプター(F=38mm)(以下「本器」という。))は、顕微鏡接続部、本体部およびカメラマウント部から構成されている。

【使用目的又は効果】

手術顕微鏡の接眼部から観察している対象物をカメラで撮影する為に用いるアダプターである。

【性能及び安全性に関する規格】

顕微鏡接続部	イナミ専用顕微鏡用接続マウント
本体部	光学部品収納(焦点距離 38mm)
マウント方式	C マウント方式

JIS T 14971 : 2012 に順ずる。

【使用方法等】

1. 本器を顕微鏡に連結する。
2. カメラをカメラ接続部に連結する。
3. フォーカスリングを廻すことで、カメラの焦点を調整することができる。
4. 絞りリングを廻すことで、カメラに入る光量を調整することができる。

取扱説明書を必ずご参照下さい。

【使用上の注意】

1. 熟練した者以外は本器を使用しないこと。
2. 本器を設置する時には、次の事項に注意すること。
 - (1) 室温+10～+30℃、湿度 85% 以下、ほこりが無く水の掛からない場所に設置すること。
 - (2) むやみに振動や衝撃を与えない安全性であること。
 - (3) 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所でないこと。
3. 本器を使用する前には、次の事項に注意すること。
 - (1) 点検を行い本器が正確に動作することを確認すること。
4. 本器の使用中は、次の事項に注意すること。
 - (1) 本器に異常が発見されたら、直ちに使用を止めること。
 - (2) 本器に患者がふれることのないよう注意すること。
5. 本器の使用後は、次の事項に注意すること。
 - (1) 本器全般を清浄にしておくこと。
 - (2) 本器を勝手に修理したり、改造したりしないこと。
6. 保守点検
 - (1) 必ず定期点検を受けること。
 - (2) しばらく使用しなかった本器を再使用するときには、正常にかつ安全に作動することを確認すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

- (1) 水のかからない場所に保管すること。
- (2) 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオン分を含んだ空気などにより悪影響の生ずるおそれのない場所に保管すること。
- (3) 振動、衝撃など安定状態に注意すること。
- (4) 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。
- (5) 保管時には下記の環境条件を厳守すること。

保管環境条件	
温度	－10℃～＋55℃
相対湿度	10%～95%

【保守・点検に係る事項】

機器及び部品は必ず点検(日常点検、定期点検)を行なうこと。

1. 連結部が確実に接続されていること。
2. ガラスにヒビや割れのないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：株式会社イナミ

〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目 24 番 2 号

TEL 03-3814-1731 / FAX 03-3814-3334

製造業者：株式会社イナミ 美女木研究所