医4 整形用品
一般医療機器 X線造影材入りスポンジ 13705000
滅菌柄付ガーゼX

再使用禁止

【禁忌・禁止】
再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

ガーゼを重ねて縫製したものに柄を縫いつけたもの。X線造影糸を含んでいる。

ガーゼ及び柄：綿100%

X線造影糸：硫酸バリウム、ポリプロピレン他

ウルトラマリンブルー

【使用目的又は効果】

出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保護のため、外科切開口、他の皮膚創傷又は内部構造に適用することを目的とする、X線で検知可能な成分を含有する。

【使用方法等】

手術時に適宜使用する。

【使用上の注意】

体内に留置しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉

直射日光及び火気をさけ、湿気の少ない場所に保管すること。

〈有効期間〉

滅菌保証期間：3年 [自己認証（自社データ）による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：イワツキ株式会社

*お客様相談窓口 03-3966-8254