

*2018年10月（第3版）
2015年 4月（第2版 新記載要領に基づく改訂）

届出番号:13B3X00207000038

医4 整形用品
一般医療機器 X線造影材入りスポンジ 13705000
テ ラ ポ ン ジ X

再使用禁止

【禁忌・禁止】
再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

ガーゼを重ねて縫製したもの。X線造影系を含んでいる。

ガーゼ：綿 100%

X線造影系：硫酸バリウム、ポリプロピレン、色素 他

【使用目的又は効果】

出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保護のため、外科切開口、他の皮膚創傷又は内部構造に適用することを目的とする、X線で検知可能な成分を含有する。

【使用方法等】

手術時に適宜使用する。

【使用上の注意】

体内に留置しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

直射日光及び火気をさけ、湿気の少ない場所に保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：イワツキ株式会社

*お客様相談窓口 03-3966-8254