**2024 年 3 月 12 日(第 14 版)
*2023 年 2 月 8 日(第 13 版)
届出番号:13B1X00053C00008

機械器具 36 医療用ピンセット
一般医療機器 ピンセット(35079001)

STM 治療用ピンセット

**【形状・構造及び原理等】
**1.形状

4071.14, 4071.16

4072.13, 4072.14, 4072.16

4077.15

4078.15

4085.12, 4085.15

4084.12, 4084.15

4073.16

4080.16

4082.16

4081.12, 4083.15, 4086.12, 4086.15, 4088.12, 4088.15

14096.17 14062.17 14099.17 14063.17



14093.17 14066.17 14065.17 14097.17



15095.17

4106.12

4103.12

14050.17 14051.17 14052.17 14053.17



14054.17 14055.17

14140.17

14091.17

4079.12

14094.17 14060.17 14089.17 14061.17



14095.17



4736.16, 4736.22

4090.16

4091.16

14142.17 14136.17

14062.47, 14063.47, 14066.47, 14096.47, 14099.47, 14093.47

14062.67, 14063.67, 14066.67

**2.寸法

カタログ番号	カタログ名	先端幅(mm)
4071.14	ディセクティングフォーセプス 14.5cm	―
4071.16	ディセクティングフォーセプス 16cm	―
4072.13	ティッシュフォーセプス 有鈎 13cm	2.0
4072.14	ティッシュフォーセプス 有鈎 14.5cm	2.0
4072.16	ティッシュフォーセプス 有鈎 16cm	2.0
4077.15	セムケン フォーセプス 有鈎	1.5
4078.15	セムケン フォーセプス 曲 有鈎	1.5
4085.12	アドソン 有鈎 1.5mm 12cm	1.5
4085.15	アドソン 有鈎 1.5mm 15cm	1.5
4084.12	マイクロアドソン 有鈎 0.8mm 12cm	0.8
4084.15	マイクロアドソン 有鈎 0.8mm 15cm	0.8
カタログ番号	カタログ名	全長(cm)
4073.16	ディセクティングフォーセプス クロスグルーブ 16cm	16.0
4080.16	ディセクティングフォーセプス 16cm TC	16.0
4082.16	メリアム 16cm TC	16.0
4081.12	アドソン 12cm TC	12.0
4083.15	アドソン 15cm TC	15.0
4086.12	アドソン 無鈎 12cm	12.0
4086.15	アドソン 無鈎 15cm	15.0
4088.12	マイクロアドソン 無鈎 12cm	12.0
4088.15	マイクロアドソン 無鈎 15cm	15.0
カタログ番号	カタログ名	先端幅(mm)
14096.17	クーリー マイクロフォーセプス 0.8mm hy-grip	0.8
14062.17	クーリー マイクロフォーセプス 0.6mm hy-grip	0.6
14099.17	クーリー マイクロフォーセプス 曲 0.8mm hy-grip	0.8
14063.17	クーリー マイクロフォーセプス 曲 0.6mm hy-grip	0.6
14093.17	マイクロフォーセプス 0.8mm TC hy-grip	0.8
14066.17	マイクロフォーセプス 0.6mm TC hy-grip	0.6
14065.17	マイクロフォーセプス 曲 0.8mm TC hy-grip	0.8
14097.17	ドベイキー マイクロフォーセプス 1.8mm hy-grip	1.8
15095.17	コレージ マイクロフォーセプス 曲 hy-grip	1.8
4106.12	アドソン 有鈎 1.5mm 12cm TC	1.5
4103.12	アドソンブラウン 無鈎 12cm	1.5
14050.17	フォーセプス 有鈎 hy-grip	1.3
14051.17	クーリー フォーセプス hy-grip	1.3
14052.17	フォーセプス TC hy-grip	1.3
14053.17	フォーセプス 曲 有鈎 hy-grip	1.3
14054.17	クーリー フォーセプス 曲 hy-grip	1.3
14055.17	フォーセプス TC 曲 hy-grip	1.3
カタログ番号	カタログ名	先端内径(mm)
14140.17	サラマ コーン フォーセプス hy-grip	1.3
カタログ番号	カタログ名	全長(cm)
14091.17	メンブレンホールディングフォーセプス hy-grip	17.0
4079.12	セムケン 曲 12cm	12.0
カタログ番号	カタログ名	先端幅(mm)
14094.17	マイクロフォーセプス 有鈎 0.8mm hy-grip	0.8
14060.17	マイクロフォーセプス 有鈎 0.6mm hy-grip	0.6
14089.17	マイクロフォーセプス 曲 有鈎 0.8mm hy-grip	0.8
14061.17	マイクロフォーセプス 曲 有鈎 0.6mm hy-grip	0.6
14095.17	マイクロフォーセプス 有鈎 2.6mm hy-grip	2.6

カタログ番号	カタログ名	先端内径(mm)
4736.16	スーチャーツイザー φ1.6mm	1.6
4736.22	スーチャーツイザー φ2.2mm	2.2
カタログ番号	カタログ名	先端幅(mm)
4090.16	ドベイキー ツイザー	2.0
4091.16	ドベイキー ツイザー 曲	2.0
カタログ番号	カタログ名	先端内径(mm)
14142.17	ティッシュグラスピング/スーチャーフォーセプス φ2.0mm hy-grip	2.0
カタログ番号	カタログ名	先端幅(mm)
14136.17	クーリー シュメルツァイゼン ティッシュフォーセプス φ0.8mm hy-grip	0.8

カタログ番号	カタログ名	先端幅(mm)
14062.67	クーリー マイクロフォーセプス 0.6mm dark line	0.6
14063.67	クーリー マイクロフォーセプス 曲 0.6mm dark line	
14066.67	クーリー マイクロフォーセプス 0.6mm DIA dark line	
14062.47	クーリー マイクロフォーセプス 0.6mm hy-light	0.6
14063.47	クーリー マイクロフォーセプス 曲 0.6mm hy-light	
14066.47	TC マイクロフォーセプス 0.6mm hy-light	
14096.47	クーリー マイクロフォーセプス 0.8mm hy-light	0.8
14099.47	クーリー マイクロフォーセプス 曲 0.8mm hy-light	
14093.47	TC マイクロフォーセプス 0.8mm hy-light	

3.組成
ステンレス鋼, タングステンカーバイド, DLC コーティング

【使用目的又は効果】
綿花、綿球、歯肉などの組織片等を把持するために用いる。

【使用方法等】
1. 本品は、未滅菌品であるので使用前に必ず洗浄し、医療機関内で担保された滅菌条件にて高圧蒸気滅菌を行うこと。
   推奨滅菌条件: 121℃ 20 分間
   134℃ 5 分間
2. 本品の把持部を手指により把持し、先端部にて組織等を把持する。

【使用上の注意】
1. 本品の使用前に、必ずサイズを確認すること。
2. 使用前に必ず洗浄・滅菌をすること。
3. 折損、曲がり等の原因になり得るので使用時に必要以上の力(応力)を加えないこと。
4. 使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等が乾燥しないよう、直ちに洗浄液等に浸漬すること。
5. 塩素系及びヨウ素系の消毒剤は、金属腐食を起こす恐れがあるので使用しないこと。

【保守・点検に係る事項】
1. 使用後はできるだけ早く血液、体液、組織等の汚物を除去し、洗浄・消毒すること。
2. 汚染除去に用いる洗浄剤は、洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用すること。
3. 超音波洗浄器等の洗浄装置で洗浄するときには、器具同士が接触して損傷することがないよう注意すること。
4. 洗浄剤の残留がないよう十分にすすぎをすること。仕上げのすすぎには、出来るだけ精製水を用いること。
5. 洗浄後は、腐食防止のために、直ちに乾燥させること。
6. 使用(滅菌)前に汚れ、傷、曲がり等の異常がないか点検をすること。
7. 強アルカリ／強酸性洗浄剤・消毒剤は、器具を腐食させる恐れがあるので使用しないこと。
8. 洗浄の際、クレンザー(磨き粉)や金属たわしを使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
製造販売業者 :株式会社 インプラテックス
ホームページ:http://www.itx.co.jp
TEL:03-5850-8555 FAX:03-5850-8505
輸 入 先 国 :ドイツ
輸入先製造業者:ストーマ社
(Storz am Mark GmbH)