**2021 年 2 月 4 日(第 3 版)
*2019 年 2 月 13 日(第 2 版)
届出番号:13B1X00053C00054

機械器具 62 歯科用切削器
一般医療機器 歯科用エキスカベータ(35811000)

STM 歯科用エキスカベータ

*【形状・構造及び原理等】

*1)形状

2715.10

カタログ番号	カタログ名	ハンドル径(mm)	先端部幅(mm)
2715.10	エキスカベータ EXC65/66 φ1.0mm	6.0	1.0

*2)材質・組成

ステンレス鋼

**【使用目的又は効果】

軟化象牙質の除去及び窩洞形成に使用する。

**【使用方法等】

1.本品は、未滅菌品であるので使用前に必ず洗浄し、医療機関内で担保された滅菌条件にて高圧蒸気滅菌を行うこと。

推奨滅菌条件:　121℃ 20 分間
134℃ 5 分間

2.本品を用いて軟化象牙質の除去及び窩洞形成を行う。

**【使用上の注意】

1. 使用前に必ず洗浄・滅菌をすること。
2. 折損、曲がり等の原因になり得るので使用時に必要以上の力(応力)を加えないこと。
3. 使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等が乾燥しないよう、直ちに洗浄液等に浸漬すること。
4. 塩素系及びヨウ素系の消毒剤は、金属腐食を起こす恐れがあるので使用しないこと。

**【保守・点検に係る事項】

1. 使用後はできるだけ早く血液、体液、組織等の汚物を除去し、洗浄・消毒すること。
2. 汚染除去に用いる洗浄剤は、洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用すること。
3. 超音波洗浄器等の洗浄装置で洗浄するときには、器具同士が接触して損傷することがないよう注意すること。
4. 洗浄剤の残留がないよう十分にすすぎをすること。仕上げのすすぎには、出来るだけ精製水を用いること。
5. 洗浄後は、腐食防止のために、直ちに乾燥させること。
6. 使用(滅菌)前に汚れ、傷、曲がり、刃の損傷、可動部の動き等に異常がないか点検をすること。
7. 強アルカリ／強酸性洗浄剤・消毒剤は、器具を腐食させる恐れがあるので使用しないこと。
8. 洗浄の際、クレンザー(磨き粉)や金属たわしを使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者　:株式会社 インプラテックス
ホームページ:http://www.itx.co.jp
TEL:03-5850-8555　FAX:03-5850-8505
輸 入 先 国　:ドイツ
輸入先製造業者:ストーマ社
(Storz am Mark GmbH)