

機械器具 35 医療用はさみ  
一般医療機器 はさみ(35325001)  
**Salvin ハサミ**

### 【形状・構造及び原理等】

#### 1. 形状

MESH-WIRE-CUTTER



#### 2. 尺寸

カタログ番号	カタログ名	全長(cm)
MESH-WIRE-CUTTER	チタンメッシュカッター TC	13

#### 3. 組成

タンガステンカーバイド合金  
ステンレス鋼

### 【使用目的又は効果】

本品は、金属製の箔、メッシュ、ワイヤー等を切断する器具である。

### 【使用方法等】

1. 本品は、未滅菌品であるので使用前に必ず洗浄し、医療機関内で担保された滅菌条件にて高圧蒸気滅菌を行うこと。  
推奨滅菌条件: 121°C 20 分間  
134°C 5 分間
2. 本品を操作し金属製の箔、メッシュ、ワイヤー等を切断する。
3. 使用後は、速やかに血液、体液等を水洗し、その後、オートクレーブ等にて滅菌して保管する。

### 【使用上の注意】

1. 使用前に必ず洗浄・滅菌すること。
2. 折損、曲がり等の原因になり得るので使用時に必要以上の力(応力)を加えないこと。
3. 使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等が乾燥しないよう、直ちに洗浄液等に浸漬すること。
4. 塩素系及びヨウ素系の消毒剤は、金属腐食を起こす恐れがあるので使用しないこと。

### 【保守・点検に係る事項】

1. 使用後はできるだけ早く血液、体液、組織等の汚物を除去し、洗浄・消毒すること。
2. 汚染除去に用いる洗浄剤は、洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用すること。
3. 超音波洗浄器等の洗浄装置で洗浄するときには、器具同士が接触して損傷がないよう注意すること。
4. 洗浄剤の残留がないよう十分にすすぎをすること。仕上げのすすぎには、出来るだけ精製水を用いること。
5. 洗浄後は、腐食防止のために、直ちに乾燥させること。
6. 使用(滅菌)前に汚れ、傷、曲がり等の異常がないか点検をすること。
7. 強アルカリ／強酸性洗浄剤・消毒剤は、器具を腐食させる恐れがあるので使用しないこと。
8. 洗浄の際、クレンザー(磨き粉)や金属たわしを使用しないこと。

### \*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 : 株式会社 インプラテックス  
ホームページ: <http://www.itx.co.jp>  
TEL: 03-5850-8555 FAX: 03-5850-8505  
輸入先国 : アメリカ合衆国  
輸入先製造業者: サルビンデンタルスペシャルティーズ社  
(Salvin Dental Specialties, LLC)