**2018 年 10 月 29 日(第 8 版)
*2016 年 12 月 9 日(第 7 版(新記載要領に基づく改訂))
届出番号:13B1X00053V00010

機械器具 34 医療用刀
一般医療機器 メス (35130001)

MEIS ティッシュパンチ

**【形状・構造及び原理等】

**1.形状
*
7407140

3300225204030, 3300225204040, 3300225204050,
3300225204060, 3300225204070



**2.寸法
*
MEIS ティッシュパンチ/ベーシックキット (7407140)

カタログ番号	カタログ名	刃部外径 (mm)	刃部内径 (mm)
3300225204030	MEIS ティッシュパンチ φ3.7/3.0mm	3.7	3.0
3300225204040	MEIS ティッシュパンチ φ4.7/4.0mm	4.7	4.0
3300225204050	MEIS ティッシュパンチ φ5.7/5.0mm	5.7	5.0
3300225204060	MEIS ティッシュパンチ φ6.7/6.0mm	6.7	6.0
3300225204070	MEIS ティッシュパンチ φ7.7/7.0mm	7.7	7.0

3.組成
ステンレス鋼

【使用目的又は効果】

本品は円筒状の先端に刃を持ち、歯科用ハンドピースに装着回転させて歯肉等の軟組織の切断及び切離に用いる手術器具である。

**【使用方法等】

1. 本品は、未滅菌品であるので使用前に必ず洗浄し、医療機関内で担保された滅菌条件にて高圧蒸気滅菌を行うこと。
   推奨滅菌条件: 121℃ 20 分間
   134℃ 5 分間
2. 本品を歯科用ハンドピースに装着し、歯肉粘膜に押し付け、回転させて軟組織を切断・切離する。
3. 使用後は、速やかに血液、体液等を水洗し、その後、オートクレーブ等にて滅菌して保管する。

**[使用方法等に関連する使用上の注意]

1) 本品は使用前に芯ぶれなどに支障のないことを確認すること。使用に適さない場合には新品と交換すること。
2) 本品は使用の際、発熱、外科的損傷など組織への侵襲を最小限にするため、十分な生理食塩水の注水下で適正に使用すること。
3) 本品を使用中に切削力が低下したり、汚染したりした恐れのある場合には直ちに使用を中止し、新しいものと交換すること。

【使用上の注意】

1. 本品の使用前に、必ずサイズを確認すること。
2. 使用前に必ず洗浄・滅菌をすること。
3. 折損、曲がり等の原因になり得るので使用時に必要以上の力(応力)を加えないこと。
4. 使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等が乾燥しないよう、直ちに洗浄液等に浸漬すること。
5. 塩素系及びヨウ素系の消毒剤は、金属腐食を起こす恐れがあるので使用しないこと。

【保守・点検に係る事項】

1. 使用後はできるだけ早く血液、体液、組織等の汚物を除去し、洗浄・消毒すること。
2. 汚染除去に用いる洗浄剤は、洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用すること。
3. 超音波洗浄器等の洗浄装置で洗浄するときには、器具同士が接触して損傷することがないよう注意すること。
4. 洗浄剤の残留がないよう十分にすすぎをすること。仕上げのすすぎには、出来るだけ精製水を用いること。
5. 洗浄後は、腐食防止のために、直ちに乾燥させること。
6. 使用(滅菌)前に汚れ、傷、曲がり、刃の損傷等の異常がないか点検をすること。
7. 強アルカリ/強酸性洗浄剤・消毒剤は、器具を腐食させる恐れがあるので使用しないこと。
8. 洗浄の際、クレンザー(磨き粉)や金属たわしを使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 :株式会社 インプラテックス
ホームページ:http://www.itx.co.jp
TEL:03-5850-8555 FAX:03-5850-8505
輸 入 先 国 :ドイツ
輸入先製造業者:ハガーアンドマイジンガー社
(Hager & Meisinger GmbH)