| 製造販売届出番号 | 12B1X10004000002 |
|---|---|

420117/R10

Abbott

再使用禁止

機械器具　54　医療用捲綿子
一般医療機器　医科用捲綿子　10172000

＊＊ 2023 年 12 月改訂（第 10 版）
＊ 2023 年　2 月改訂（第 9 版）

# 滅菌綿棒　ソフトFS

**【禁忌・禁止】**
再使用禁止

**【形状・構造及び原理等】**
本品はプラスチック軸の先端にナイロン繊維を接着した綿棒である。（滅菌済み）



**【使用目的又は効果】**
本品は検査のための試料を採取する器具である。

**【使用方法等】**
個包装袋の開封口からフィルムをゆっくり剥がし、綿球部分を汚染しないように取り出し、検体を採取する。

**【使用上の注意】**
＜重要な基本的注意＞
1. 検体を採取する時は、力を入れすぎたり、強く押したりして綿棒の軸を折らないよう注意すること。
2. 検体を採取する前に軸部分を折り曲げたり、湾曲させて使用しないこと。

＜その他の注意＞
1. 開封後は速やかに使用すること。
2. 本品を使用後は滅菌処理をしてから廃棄すること。

**【保管方法及び有効期間等】**
保管方法：2 ～ 30℃で凍結を避けて保存
水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて清潔な場所に保管すること。

使用期限：外箱に記載［自己認証（当社データ）による］

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**
製造販売元 ：アボット ダイアグノスティクスメディカル株式会社

問い合わせ先：アボット ダイアグノスティクスメディカル株式会社
お客様相談室
TEL 0120-1874-86
受付時間 9:00 ～ 17:00（土、日、祝日を除く）

＊＊ 外国製造業者：コパン イタリア エッセ ピー エー
（Copan Italia S.p.A.）（イタリア）

コパン メディカル シャンハイ カンパニー リミテッド
（Copan Medical Shanghai Co. Ltd.）（中国）

©2023 Abbott. All rights reserved. All trademarks referenced are trademarks of either the Abbott group of companies or their respective owners.