

機械器具 74 施設用機器
一般医療機器 医療用吸引器 38749000

ビヨンドサクションチップ

【禁忌・禁止】

- ・本器を滅菌、薬液消毒しないでください。

【形状、構造及び原理等】

(1) 外 観



(2) 構 造

ポリエチレン製

【性能、使用目的、効能又は効果】

手術又は治療時に吸引器具に接続して使用する。

【操作方法または使用方法等】

手術又は治療時に吸引器具に接続して使用する。

【使用上の注意】

本器は所定の目的以外では使用しないでください。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

高温や直射日光を避け、常温にて保存する。

【包 装】

1 袋 5 本入り

1 袋 10 本入り

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者 インサイシブジャパン株式会社

製 造 業 142-0063

東京都品川区荏原 1-18-11

TEL 03-6715-6133

FAX 03-6715-6137

製 造 元 Beyond International Inc.

ビヨンド インターナショナル インク
(USA)

販 売 業 者 株式会社 J B A

142-0063

東京都品川区荏原 1-18-11

TEL 03-5755-5505

FAX 03-5755-5545