2017年11月14日作成（新様式第2版）
2007年10月10日作成（新様式第1版）

届出番号 13B2X10007008003

機械器具55　医療用洗浄器
一般医療機器　器具除染用洗浄器(35424000)

販売名　：　ベーハーテー M5

【警告】
- 本品の使用前に、この添付文書及び取扱説明書に記載されている使用方法及び注意事項のすべてを熟読すること。
- 洗浄槽、被洗浄物は高温になるため火傷に注意すること。

【禁忌・禁止】
- 器械、器具の洗浄以外に使用しないこと。
- 装置を改造しないこと。
- 専任者以外は、装置を分解、修理しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状

2. 本体寸法・重量

型式	外寸　W×D×H(mm)	重量
M5	900×840×2000	350kg

［品目仕様等］
- 循環ﾎﾟﾝﾌﾟ 1.5 kW及び0.47 kW　2基
- 乾燥能力　6.0 kWヒーター

［動作原理］
槽内に水等を溜め、循環ポンプで水等を散布し、洗浄物を洗浄・すすぎ・除染（熱水除染）する。洗剤等は洗浄プログラムにより自動注入する。洗浄後は、ヒーターとファンで洗浄物を温風乾燥させる。この一連の操作をマイクロプロセッサにより制御し行う。

【使用目的又は効果】
手術に使用した器具等を再使用する為に、自動的に洗浄・すすぎ・除染・乾燥を行う装置である。

【使用方法等】
詳細は取扱説明書を参照すること。

① 洗浄剤・すすぎ剤の残量を確認する。
（残量が少ない場合は補充して下さい。）
② 電源スイッチを入れる。
③ 扉を開け、洗浄ラックを引き出し、洗浄物をセットする。
④ 洗浄ラックを奥まで入れ、扉を閉める。
（完全にロックされるまで閉めて下さい。）
⑤ プログラムを選択し、スタートボタンを押して下さい。

【使用上の注意】
- 洗浄物に適した洗浄ラックをご使用下さい。
- 洗浄剤は無泡性のものをご使用下さい。
- 工程終了後、扉を開ける際には洗浄物の温度に注意して下さい。
- 洗剤・中和剤を補充する際には手袋やゴーグル等をして保護して下さい。

【保管方法及び有効期間等】
［耐用期間］
指定された定期点検を実施した場合、8年［自己認証（当社データによる）］

【保守・点検に係る事項】
詳細は取扱説明書を参照すること。
- 洗浄槽内のフィルターは1週間に1回以上ゴミを取り除いて下さい。
- 長期間ご使用にならない場合は、給水バルブ（元バルブ）を閉めて下さい。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
製造販売業者：株式会社エムエス
住　所：東京都文京区本郷3丁目26番12号
電　話：03-3814-1026（代表）

製造業者名：BHT社（ドイツ ベーハーテー社）

取扱説明書を必ずご参照下さい。