機械器具　02　医療用照明器
一般医療機器　光ファイバ手術用照明器　32241000

# キセノトロン眼内照明装置　の付属品
(ﾌｧｲﾊﾞｰｵﾌﾟﾃｨｯｸｹｰﾌﾞﾙ)

**再使用禁止（ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙﾌｧｲﾊﾞｰｵﾌﾟﾃｨｯｸｹｰﾌﾞﾙ）**

**【禁忌・禁止】**
- ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙﾌｧｲﾊﾞｰｵﾌﾟﾃｨｯｸｹｰﾌﾞﾙの再使用は絶対にしないこと。

**【形状・構造及び原理等】**



**【使用目的又は効果】**
様々な深さや小さい切開部から、低コントラストの小さい物体を最良に可視化するために長時間にわたり手術部を照明する照明器をいう。通常、手術部の外側にある光源から光ファイバ管束を介して供給される光により作動する。天井用又は適切な床用の器具に取り付けられている。

**【使用方法等】**
**（ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙﾌｧｲﾊﾞｰｵﾌﾟﾃｨｯｸｹｰﾌﾞﾙ）**
本品の使用方法に関しては、キセノトロン眼内照明装置の添付文書を参照すること。

**【使用上の注意】**
＜重要な基本的注意＞
**（ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙﾌｧｲﾊﾞｰｵﾌﾟﾃｨｯｸｹｰﾌﾞﾙ）**
本品の使用上の注意に関しては、キセノトロン眼内照明装置の添付文書を参照すること。
- 本品がハイリスク手技に使用された場合には、プリオン病感染症予防ガイドラインに従った洗浄、滅菌を実施すること。
- 本品がプリオン病の感染症患者への使用及びその汚染が疑われる場合には、製造販売業者又は貸与業者に連絡すること。

**【保管方法及び使用期間等】**
**（ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙﾌｧｲﾊﾞｰｵﾌﾟﾃｨｯｸｹｰﾌﾞﾙ）**
使用期間
- 使用期限は製品の包装箱を参照。[自己認証による]
- 単回使用に限り、再使用はしないこと。

その他の**保管方法及び使用期間等**に関しては、キセノトロン眼内照明装置の添付文書を参照すること。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**
製造販売業者：
株式会社エムイーテクニカ
〒335-0002　埼玉県蕨市塚越 1-8-22
TEL：048-420-9604　　FAX：048-420-9606
製造業者：
ゴイダー / Geuder AG
ドイツ

取扱説明書を必ずご参照下さい。