

機械器具 34 医療用刀
管理医療機器 単回使用メス用刀 37445000
替刃メス

再使用禁止

- **【禁忌・禁止】**
- ・ **再使用禁止**

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造



写真は製品の例を示す。

2. 原材料

- ・ ステンレススチール
- ・ カーボンスチール

3. 原理

- 先端のメスにより人体組織等を切開・切離・切断する。

【使用目的又は効果】

メスの把柄に取り付けて使用する、外科器具（メス）の構成部品をいう。下方に押し付けるように動かして細胞を切り通すことができる。本品は単回使用である。

****【使用方法等】**

- ・ 本品は滅菌済みである。
- ・ 処置・手術の用途と目的に適した製品にて人体組織等を切開・切離・切断する。

使用方法等に関連する使用上の注意

1. 使用前

- ・ 専用の把柄に取り付けて使用すること。
- ・ 使用前に、きず、割れ、錆、ひび割れ、接着不良などの不具合がないか外観検査を実施し、不具合が認められる場合には使用しないこと。

2. 使用中

- ・ 血液や組織片は局方滅菌精製水をひたしたリントフリークロス of 柔らかい布でこまめに清拭すること。

3. 化学薬品・溶液に対する注意

- ・ 溶液（例：生理食塩水、次亜塩素酸ナトリウム、ヨード系含有消毒剤など）にはステンレススチールに腐食や孔食を起こしやすいものがあるため長時間の接触を避けること。
- ・ 漂白剤や水銀の重塩化物などの強酸（pH4 以下）又はアルカリ（pH10 以上）製剤を消毒に用いないこと。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

- ・ 高温・多湿・直射日光及び水濡れを避けて保管すること。
- ・ 院内での移動保管に際しては本体に衝撃が掛からないように取扱いに注意すること。

2. 有効期間等

- ・ 身体組織の切断及び切離に使用出来ないほど切れ味が損なわれた場合は、新たな製品と取り替えること。
- ・ 本品は単回使用製品であるため、術後は適切に処理すること。

【保守・点検に係る事項】

- ・ 高温、多湿、直射日光および水ぬれを避けて保管すること。
- ・ 院内での移動・保管に際しては本体に衝撃が掛からないように取扱いに注意すること。
- ・ パッケージに記載されている使用期限を必ず確認すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：ビー・ブラウンエスクラップ株式会社

問い合わせ窓口：マーケティング部 TEL (03) 3814-2522

製造元：エスクラップ社、ドイツ

Aesculap AG