

医療器具 (71) 視力補正用眼鏡  
一般医療機器 眼鏡 JMDNコード 35065000  
老眼鏡PBRK

## 【禁忌・禁止】

- 手元の見づらくなった文字を見る以外には使用しない事。
- 老眼鏡用以外には使用しない事。

## 【形状・構造及び動作原理等】

## 構成

- 眼鏡レンズ(アクリル樹脂)1組とプラスチックフレームからなる器具。
- プラスチック製(アクリル樹脂)視力補正用短焦点眼鏡レンズ。
- 老眼鏡。 レンズ度数 1.00から+0.5毎+450まで8度数

| 種類 | フレーム形状 | フレームカラー | レンズ度数 |
|----|--------|---------|-------|
|    | プラスチック |         | +1.00 |
|    | PBRK01 | BR      | +1.50 |
|    |        |         | +2.00 |
|    |        |         | +2.50 |
|    | PBRK02 | RE      | +3.00 |
|    |        |         | +3.50 |
|    |        |         | +4.00 |
|    |        |         | +4.50 |
|    | 2種     | 3種      | 8種    |

## 【使用方法】

- 老眼鏡。 手元の文字が見づらくなった場合に耳に掛け使用する。

## 【品目仕様等】

- レンズ傷、フレーム傷、度数の外観検査  
(検眼器、社内基準書に基づく)

## 【使用上の注意】

- 手元の見づらくなった文字を見る以外には使用しない事。
- 運転時や歩行時は必ず外す事。
- 階段の上り下りや段差のあるところでの使用を避けること。
- 落下等強い衝撃を与えない事。

## 【貯蔵・保管方法及び試用期間等】

- 高温多湿の場所には保管しない事。
- 直射日光をさけ、なるべく涼しい所に保管する事。

## 【包装】

- 1pc個装

## 【主要文献及び文献請求先】

福井県眼鏡検査協会

## 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者 株式会社エニックス

18B3X00004

18BZ200051

福井県 福井市 文京6-21-5

☎0776-21-5106

販売元

株式会社エニックス

福井県 福井市 菅谷2-3-14

☎0776-21-4472

外国製造業者

APEX EYEWEAR PRODUCTS CO.,LTD  
BG10501328

## 形状 構造

## PBRK01



## PBRK02



## 動作原理

適切な度数のレンズを用いて網膜上に結像させることにより  
視力を補正する、

## 【使用目的または効果】

- 眼鏡レンズ1組と眼鏡フレームからなる視力補正用眼鏡。