

医療器具 (71) 視力補正用眼鏡
一般医療機器 眼鏡 JMDNコード 35065000
老眼鏡CL-20015

【禁忌・禁止】

- 手元の見づらくなった文字を見る以外には使用しない事。
- 老眼鏡用以外には使用しない事。

【形状・構造及び動作原理等】

構成

- 眼鏡レンズ（アクリル樹脂）1組と眼鏡フレームからなる器具。
- プラスチック製（アクリル樹脂）視力補正用短焦点眼鏡レンズ。
- 老眼鏡。 レンズ度数 0.00から+1.00 +0.5毎 +3.50まで7度数。

種類	フレーム形状	フレームカラー	レンズ度数
	プラスチック	ピンク	0.00
		ベージュ	+1.00
		黒	+1.50
		ブラウン	+2.00
		ブラウンDEMI	+2.50
		ワイン	+3.00
		パープル	+3.50
	1種	7種	11種

形状 構造

プラスチック

V9564



動作原理

適切な度数のレンズを用いて網膜上に結像させることにより
視力を補正する、

【使用目的または効果】

- 眼鏡レンズ1組と眼鏡フレームからなる視力補正用眼鏡。

【使用方法】

- 老眼鏡。 手元の文字が見づらくなった場合に耳に掛け使用する。

【品目仕様等】

- レンズ傷、フレーム傷、度数の外観検査（検眼器、社内基準書に基づく）

【使用上の注意】

- 手元の見づらくなった文字を見る以外には使用しない事。
- 運転時や歩行時は必ず外す事。
- 階段の上り下りや段差のあるところでの使用を避けること。
- 落下等強い衝撃を与えない事。

【貯蔵・保管方法及び試用期間等】

- 高温多湿の場所には保管しない事。
- 直射日光をさけ、なるべく涼しい所に保管する事。

【包装】

- 1pc個装

【主要文献及び文献請求先】

福井県眼鏡検査協会

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者 株式会社エニックス

福井県 福井市 文京6-21-5

☎0776-21-5106

販売元 株式会社エニックス

福井県 福井市 菅谷2-3-14

☎0776-21-4472

外国製造業者 WENZHOU I VISION OPTICAL CO.,LTD

登録番号 BG10501636