

医療器具（71）視力補正用眼鏡
一般医療機器 眼鏡 JMDNコード 35065000
老眼鏡ACR2021

【禁忌・禁止】

- 手元の見づらくなった文字を見る以外には使用しない事。
- 老眼鏡用以外には使用しない事。

【形状・構造及び動作原理等】

構成

- プラスチック眼鏡フレームとプラスチックレンズからなる器具。
- プラスチック製（アクリル樹脂）視力補正用短焦点眼鏡レンズ。
- 老眼鏡。レンズ度数 +0.00から +1.99 +1.50 +2.00 +3.00
+4.00 +4.50 +5.00 +6.00 の8度数

種類	フレーム形状	フレームカラー	レンズ度数
	プラスチック	ブラック	+0.00
	ACR2021	ブラウン	*1.00
		パールブラック	+1.50
		クリアラベンダー	+2.00
			+3.00
			+4.00
			+4.50
			+5.00
			+6.00
	1 種	4種	8種

●形状 構造



●動作原理

適切な度数のレンズを用いて網膜上に結像させることにより
視力を補正する、

【使用目的または効果】

- 眼鏡レンズ1組と眼鏡フレームからなる視力補正用眼鏡。

【使用方法】

- 手元の文字が見づらくなった場合に耳に掛け使用する。

【品目仕様等】

- レンズ傷、フレーム傷、度数の外観検査（検眼器、社内基準書に基づく）
- 眼鏡レンズ（アクリル樹脂）1組と眼鏡フレームからなる器具。

【使用上の注意】

- 手元の見づらくなった文字を見る以外には使用しない事。
- 運転時や歩行時は必ず外す事。
- 階段の上り下りや段差のあるところでの使用を避けること。
- 落下等強い衝撃を与えない事。

【貯蔵・保管方法及び試用期間等】

- 高温多湿の場所には保管しない事。
- 直射日光をさけ、なるべく涼しい所に保管する事。

【包装】

- 1pc個装

【主要文献及び文献請求先】

福井県眼鏡検査協会

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者 株式会社エニックス
福井県 福井市 文京6-21-5
☎0776-21-5106

販売元 株式会社エニックス
福井県 福井市 菅谷2-3-14
☎0776-21-4472