

医04 整形用品
一般医療機器 医療脱脂綿 (JMDNコード70975000)

滅菌 テトラメン

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・ 再使用禁止
- ・ 体内に留置しないこと

**【使用上の注意】

- * 包装開封後、速やかに使用すること。
- ** 個包装開封後は全量を消費すること。(滅菌状態が保てないため)

**【形状・構造及び原理等】

**■ 形状

綿100%の脱脂綿。白色の繊維状の軟毛で、におい及び味はない。本品はエチレンオキサイドガス滅菌済みである。

**■ 材質

セルロース

**■ 原理

セルロースの親水性及び中空構造により吸水性を有し、液体の吸収を行う。

*【保管方法及び有効期間等】

- ・ 保管方法：水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所を避けて、室温で保管すること。
- * 有効期間：容器又は被包に表示【自己認証（自社データ）による】

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社エフスリー

愛知県名古屋市西区笠取町3-415

TEL 052-522-5226

発売元

** 株式会社 竹虎 メディカル事業部

お問い合わせ先 0120-094-315

【使用目的又は効果】

医薬品を塗布したり、患者の体表から少量の体液を吸収したりする等、医療目的に使用するパッド状の綿繊維から成る材料をいう。

【使用方法等】

使用目的に応じ、適宜使用する。