

医04 整形用品
一般医療機器 医療脱脂綿 70975000

ネオソフトメン

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・ 再使用禁止
- ・ 体内に留置しないこと

【使用方法等】

使用目的に応じ、適宜使用する。

*【使用上の注意】

- ・ 包装が破損、汚損、または水濡れしている場合は使用しないこと。
- * ・ 使用後破棄する場合には、汚染箇所への接触および汚染物の飛散防止に十分注意すること。
- ・ 滅菌期限内に使用すること。

**【形状・構造及び原理等】

** ■ 形状

綿100%の脱脂綿。白色の繊維状の軟毛で、におい及び味はない。本品はエチレンオキシドガス滅菌済みである。

** ■ 材質

セルロース

** ■ 原理

セルロースの親水性及び中空構造により吸水性を有し、液体の吸収を行う。

**【保管方法及び有効期間等】

- ・ 保管方法: 水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所を避けて、室温で保管すること。
- ** ・ 有効期間: 容器又は被包に表示【自己認証(自社データ)による】

【使用目的又は効果】

医薬品を塗布したり、患者の体表から少量の体液を吸収したりする等、医療目的に使用するパッド状の綿繊維から成る材料をいう。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社エフスリー

愛知県名古屋市西区笠取町3-415

TEL 052-522-5226