

医 0 4 整形用品
一般医療機器 コットンボール 1 1 0 2 8 0 0 0

P パック ロールワッテ

再使用禁止

*【禁忌・禁止】

- ・ 再使用禁止
- * ・ 体内に留置しないこと

*【形状・構造及び原理等】

* ■ 形状

綿繊維を丸めたものに、綿表面の毛ばたちを抑える為、カルメロースナトリウム水溶液を噴霧したもの。白色の繊維状の軟毛で、におい及び味はない。本品はエチレンオキサイドガス滅菌済みである。

* ■ 材質

セルロース

* ■ 原理

セルロースの親水性及び中空構造により吸水性を有し、液体の吸収を行う。

【使用目的又は効果】

様々な身体部位に薬物を塗布したり、又は液を除去するために用いる綿繊維の塊。

【使用方法等】

使用目的に応じ、適宜使用する。

【使用上の注意】

- ・ 個包装開封後は全量を消費すること。(滅菌状態が保てないため)
- ・ 使用後破棄する場合には、汚染箇所への接触および汚染物の飛散防止に十分注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

- ・ 保管方法：水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所を避けて、室温で保管すること。
- ・ 有効期間：容器又は被包に表示【自己認証（自社データ）による】

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社エフスリー

愛知県名古屋市西区笠取町 3-415

TEL 052-522-5226

発売元

株式会社 日本歯科工業社

東京都台東区上野 5 丁目 12 番 8 号

TEL: 03-3836-2191 (代表)