一般医療機器　器51　医療用嘴管及び体液誘導管
単回使用歯科用吸引カニューレ　JMDN37434000


メディコム　サライバエジェクター

【警告】再使用禁止・未滅菌

【禁忌・禁止】
- 再使用禁止
- 破損使用禁止

【形状・構造及び原理等】

●外観



●材質
チューブ本体：ポリ塩化ビニル
チップ部分　：ポリ塩化ビニル

銅(又は亜鉛)メッキした鉄線がチューブ内部にインサート成型されている。

●原理
歯科ユニットの吸引器の吸引力により、チップの開口部分から口腔内の唾液等を吸引する。

【品目仕様等】

●チューブ全長：　約 150mm
●チューブ外径：　約 6.5～6.6mm
●チューブ内径：　約 4mm
●チップの長さ：　約 14mm

【使用目的又は効果】

歯科処置中に患者の口腔内の唾液等を吸引し、排出するために使用する。

【使用方法等】

歯科ユニットの吸引器にしっかり接続して吸引する。
必要に応じてチューブを曲げて使用する。

【使用上の注意】

●本品は使い捨てですので、再使用はしないでください。
●本品は歯科用の吸引カニューレになります。それ以外の用途での使用は絶対にしないでください。
●口腔内から取り出した際には必ずチップの有無を確認してください。
●包装に開封、破損、汚染等が見られる場合は使用しないこと。
●開封後はできるだけ速やかにご使用ください。
●歯科ユニットの吸引器には抜けないようしっかり差し込んでください。
●チューブに亀裂や白化又は中に埋め込まれている線に錆等の異常が見られたら使用しないでください。
●チップを引張ったり噛んだりしないでください。チップが脱落するおそれがあります。
●チップ部分とチューブ部分の接合に緩みがある場合や外れる場合は絶対に使用しないでください。
●医師の指示以外では使用しないでください。

【保管方法及び有効期間等】

1．保管方法
●直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管してください。
●歯科の従事者以外が触れないよう保管管理すること。

2．有効期間
●上記保管条件のもとで
包装後 5 ヵ年(包装袋に記載)

【包装】

入数：包装袋に記載

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
製造販売元
A．R．メディコム・インク・アジア・リミテッド
〒650-0023 兵庫県神戸市中央区栄町通1-2-10読売神戸ビル9F
TEL　078-327-2333

外国製造所国名　：イタリア
外国製造業者　：World Works S.r.l.