**2025 年 3 月 改訂(第 4 版)
*2024 年 2 月 作成(第 3 版)

製造販売届出番号：28B3X00001000046

一般医療機器 器 51 医療用嘴管及び体液誘導管
単回使用歯科用吸引カニューレ JMDN37434000

メディコム サライバエジェクター

【警告】再使用禁止・未滅菌

【禁忌・禁止】
- 再使用禁止
- 破損使用禁止

【形状・構造及び原理等】
*●外観



●品目仕様等

サライバエジェクター全長	：	約 140 mm
チューブ外径	：	約 6.6 mm
チップ全長	：	約 14 mm
チップ外径	：	約 9 mm

*●材質
チューブ本体：ポリ塩化ビニル
チップ部分 ：ポリエチレン

亜鉛又は銅をメッキした鉄芯がチューブ内部にインサート成型されている。

●原理
歯科ユニットの吸引器の吸引力により、チップの開口部分から口腔内の唾液等を吸引する。

【使用目的又は効果】
歯科処置中に患者の口腔内の唾液等を吸引し、排出するために使用する。

【使用方法等】
歯科ユニットの吸引器にしっかり接続して吸引する。
必要に応じてチューブを曲げて使用する。

【使用上の注意】
- ●本品は使い捨てですので、再使用はしないでください。
- ●本品は歯科用の吸引カニューレになります。それ以外の用途での使用は絶対にしないでください。
- ●口腔内から取り出した際には必ずチップの有無を確認してください。
- ●包装に開封、破損、汚染等が見られる場合は使用しないこと。
- ●開封後はできるだけ速やかにご使用ください。
- ●歯科ユニットの吸引器には抜けないようしっかり差し込んでください。
- ●チューブに亀裂や白化又は中に埋め込まれている鉄芯に錆等の異常が見られたら使用しないでください。
- ●チップを引っ張ったり噛んだりしないでください。チップが脱落するおそれがあります。

- ●チップ部分とチューブ部分の接合に緩みがある場合や外れる場合は絶対に使用しないでください。
- ●医師の指示以外では使用しないでください。

【保管方法及び有効期間等】
1．保管方法
●直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管してください。
●歯科の従事者以外が触れないよう保管管理すること。

2．有効期間
●上記保管条件のもとで包装後 5 ヵ年（製造元データによる）
使用期限は包装袋に記載する。

【包装】
入数：包装袋に記載

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
●製造販売業者
A．R．メディコム・インク・アジア・リミテッド
〒650-0023
兵庫県神戸市中央区栄町通一丁目 2 番 10 号読売神戸ビル 9 階
078-327-2333

●外国製造所国名
イタリア