機械器具 51　医療用嘴管及び体液誘導管

一般的医療機器　吸引チューブ JMDN コード 16779000

再使用禁止

吸引チューブセット

【禁忌・禁止】

1. 多目的液体管理装置(販売名:「灌流・吸引装置 Pump」以外との併用を行わないこと。
2. アルコール等の有機溶剤を使用しないこと。(強度が低下し、破損の恐れが有るため)
3. 再使用禁止

【形状、構造及び原理等】

1. 概要

本品は、多目的液体管理装置(販売名「灌流・吸引装置 Pump」)との接続に用い吸引を行う事を目的とした単回使用のチューブセットであり 3 種類ある。また単品販売することもある。

2. 構成・形状

	名称	形状
A	真空チューブセット (フィルタ付)	
B	吸引チューブセット 1	
C	吸引チューブセット 2	

真空チューブセット(フィルタ付)は、ポリ塩化ビニル(可塑剤:フタル酸ジ−2−エチルヘキシル)を使用

【使用目的又は効果】

本品は、多目的液体管理装置(販売名「灌流・吸引装置 Pump」)との接続に用い、吸引を行うことを目的とする。

【使用方法等】

使用方法

・取扱説明書を参照すること。

・適用に応じたチューブセットを選択し、本体に接続し吸引を行う。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

・本品は該当の衛生規則に従い破棄すること。

・複数の患者に使用しないこと。

・本品を使用目的以外の用途に使用しないこと。

・パッケージから取り出す前に点検し、包装の破損もなく使用期限が有効であることを確認すること。

・真空チューブセット(フィルタ付)の使用可能期限は最大 28 日である。(チューブが汚れた場合交換すること)

適用範囲

	名称	適用
A	真空チューブセット(フィルタ付)	腹腔鏡検査 関節鏡検査 子宮鏡検査 泌尿器科
B	吸引チューブセット 1	
C	吸引チューブセット 2	

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管

:室温

2. 使用期限

:5 年(自己認証による)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者　AJMD 株式会社

電話番号:03-5614-0733

外国製造業者　W.O.M. World Of Medicine GmbH

ウォーム ワールド オブ オブ メディシンン

ゲェエムベェハー (ドイツ)

取扱説明書を必ずご参照ください