機械器具 66　歯科用練成器
一般医療機器　歯科用練成器具（JMDN：70682000）

再使用禁止

コルテン セメント ミキシングチップ

【禁忌・禁止】
再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

本品は、ベースとキャタリストが一体となったシリンジに充填された歯科材料の押し出し、練和及び細部への填入に使用する。

1. 形状：



2. 原材料
ポリプロピレンその他

【使用目的又は効果】

歯科用印象材を練和し、注入するために用いる。

【使用方法等】

1. シリンジのキャップを90度回転させて外す。
2. 本品を装着し、90度回転させて固定させる。
3. シリンジの先端部を押し、材料を押し出す。
4. ミキサーチップは再使用できないので、使用後は廃棄する。

＜使用方法に関連する使用上の注意＞

1. 本品は再使用しないこと。
2. 使用前に本品がシリンジに確実に装着されていることを確認すること。
3. 無理な力や角度で本器の装着及び取り外しを行わないこと。
4. ノズル先端は尖形であるので取り扱い時には注意すること。

【使用上の注意】

[使用注意]
本品を使用する際に、割れ、ひび、曲がり、キズ・汚れ等が認められた場合は使用しないこと。

[その他の注意]
廃棄する場合は、地方自治体の条例または規則に従うこと。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]
直射日光、高温を避けて保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者	AJMD 株式会社 電話番号 03-5614-0733
製造業者	コルテーン／ウェルデント社
国名	スイス
販売業者	コルテンジャパン合同会社 電話番号 042-595-6945

取扱説明書等を必ずご参照ください