

機械器具(06) 呼吸補助器
管理医療機器 特定保守管理医療機器
酸素濃縮装置(12873002)
O₂フレッシュ-5G
(MPA505E)

【禁忌・禁止】**1.適用対象(患者)**

- 生命維持のために酸素吸入を必要とする患者には適用しないこと。[本装置は生命維持を目的とした装置ではない。]
- 酸素吸入療法を処方された患者以外には適用しないこと。[酸素吸入療法を処方された患者以外への適用は想定していない。]

2.使用方法

- 人工呼吸器等と接続して使用しないこと。[性能や警報が機能せず、医療事故につながる危険性がある。]



本装置は、本体、構成部品及び付属品により構成される。構成部品及び付属品は以下の通り。

- 酸素出口
- 電源コード
- カニユーラフック
- 防塵フィルタ(交換用)
- 取扱説明書入れ
- 延長チューブホルダー※

※付属されない場合もある。

【形状・構造及び原理等】

詳細は取扱説明書を参照してください。

1.構成**装置前面****装置背面****操作画面(A)****操作画面(B)****操作画面(C)**

「運転終了」ボタン「流量変更」ボタン

「流量変更」ボタン

2.構造に関する仕様

- 1)電撃に対する保護の形式 :クラスⅡ機器
- 2)電撃に対する保護の程度 :B形装着部
- 3)水の有害な浸入に対する保護の程度 :IPX0(無保護)
- 4)定格電圧 :単相交流100V
- 5)電源周波数 :50/60Hz
- 6)電源入力 :380VA
- 7)重量 :20kg
- 8)寸法 :300mm(W)×390mm(D)×545mm(H)
- 9)使用環境 :5～35℃、80%RH以下(結露なきこと)
900～1060hPa

3.動作原理

防塵フィルタ、吸気フィルタを介して取り込まれた室内空気は、コンプレッサにより圧縮され、吸着筒へ送り込まれる。吸着筒内のゼオライト系の吸着剤は、酸素より窒素を優先的に吸着する性質があるため、吸着筒を通過した気体は酸素が濃縮される。濃縮された酸素は、製品タンク、流量調節器(マスフローコントローラ)、バクテリアフィルタを介して患者に供給される。

4.警報機能

- 1)停電警報
- 2)チューブ折れ警報
- 3)酸素濃度低下警報
- 4)加湿器漏れ警報
- 5)加湿器外れ警報
- 6)装置異常警報
- 7)始動期間異常警報

5.付帯機能

- 1)音声ガイダンス機能
- 2)プリセット流量機能
- 3)画面明るさ調整機能
- 4)画面ロック機能

取扱説明書を参照のこと

6.主な機能

流量設定	流量精度	酸素濃度
0.25L/分	0.25L/分±0.20L/分	85vol.%以上
0.50L/分	0.50L/分±0.20L/分	
0.75L/分	0.75L/分±0.20L/分	
1.00L/分	1.00L/分±0.20L/分	
1.25L/分	1.25L/分±0.20L/分	
1.50L/分	1.50L/分±0.20L/分	
1.75L/分	1.75L/分±0.20L/分	
2.00L/分	2.00L/分±0.20L/分	
2.50L/分	2.50L/分±0.25L/分	
3.00L/分	3.00L/分±0.30L/分	
3.50L/分	3.50L/分±0.35L/分	85vol.%以上
4.00L/分	4.00L/分±0.40L/分	
4.50L/分	4.50L/分±0.45L/分	
5.00L/分	5.00L/分±0.50L/分	

【使用目的又は効果】

1.使用目的

周囲の空気から窒素又は酸素を分離することにより、酸素分圧の高い空気を作り出し、患者に供給すること。

【使用方法等】

詳細は取扱説明書を参照してください。

1.使用前の準備

- 1)下記の場所に設置する。
 - ・平らな場所
 - ・周囲温度が5～35℃の場所
 - ・湿気、ホコリが少ない場所

2.運転の準備

- 1)加湿器を外し、精製水を入れ、元の位置に設置する。
- 2)酸素供給用経鼻カニューレ等(以下、カニューラという)の酸素投与器具を酸素出口に取り付ける。必要に応じて、チューブ等を取り付ける。
- 3)電源コードのプラグを単相交流100V(50/60Hz)のコンセントに差し込む。

3.運転の開始

- 1)操作画面にタッチし、画面を表示させる。
- 2)「運転開始」ボタンをタッチし、運転を開始する。
- 3)医師の処方箋に従い、「流量変更」ボタンをタッチし、酸素流量を設定する。
- 4)カニューラを鼻に装着し、吸入を開始する。

4.運転の停止

- 1)鼻からカニューラを外す。
- 2)操作画面の「運転終了」ボタンをタッチする。
- 3)長期間使用しない場合は、電源コードのプラグをコンセントから抜き取る。

<使用方法等に関連する使用上の注意>

- 使用中はカニューラ、チューブ等が正しく接続されていることを確認すること。
- カニューラやチューブを折り曲げたり、つぶしたりしないこと。
- 酸素出口は付属の酸素出口を使用すること。
- 加湿器は付属の加湿器を使用すること。[酸素供給に支障が生じる場合がある。]
- 加湿器のフタはしっかりしめること。[しめ方が完全でないと酸素が漏れて正しい流量で吸入できない。]
- 加湿器は正しく取り付けられること。[正しく取り付けられていないと酸素

が漏れて正しい流量で吸入できない。]

- 加湿器の水は精製水以外を使用しないこと。[精製水以外を使用すると本体の故障の原因になり、酸素が供給されなくなるおそれがある。]
- 加湿器にお湯を入れないこと。[やけどや加湿器の変形の原因になる。]
- 酸素が流れていないと思ったらカニューラの先端をコップの水に入れて気泡が出ているか確認すること。気泡が出ていないときは酸素が装置から鼻に入るまでの道筋を点検すること。
- タコ足配線や延長コードの使用はしないこと。[タコ足配線の箇所や、延長コードから火災が発生することがある。]
- 電源プラグは根元まで確実に差し込み、コンセントから抜けやすい状態では使用しないこと。
- 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないこと。
- 空気取入口の防塵フィルタは取り付けて使用すること。
- カーテンやカバー等で空気取入口や排気口をふさがないこと。[装置が過熱し、故障の原因になる。]
- 酸素出口にカニューラ、チューブ等を接続する際、無理な力をかけないこと。[酸素供給に支障が生じる場合がある。]
- 酸素出口の接続部にひび割れやリーク(漏れ)等の異常がないこと。[酸素供給に支障が生じる場合がある。]
- 高濃度の酸素を吸入中に、タバコ等の火気を近づけるとチューブや衣服等に引火し、重度のやけどや住宅の火災の原因となること。
- 酸素濃縮装置等の使用中は、装置の周囲2m以内には、火気を置かないこと。特に酸素吸入中には、タバコを絶対に吸わないこと。
- 火気の取り扱いに注意し、取扱説明書どおりに正しく使用すれば、酸素が原因でチューブや衣服等が燃えたり、火災になることはないので、過度に恐れることなく、医師の指示通りに酸素を吸入すること。

【使用上の注意】

詳細は取扱説明書を参照してください。

1.使用注意(次の患者には慎重に適用すること)

- 臨牀的に病状または病態が不安定な患者。[停電や故障等により装置が停止した場合に状態が急変する懸念があるため、酸素ボンベを備え付ける等、慎重に適用すること。]
- 酸素投与により二酸化炭素蓄積が増悪する患者。

2.重要な基本的注意

- 本装置の運転中は周りの人も含めてタバコやストーブ等の火気、火花を発する恐れのある機器等を酸素の出口付近に近づけないこと。[やけどや火災のおそれがある。]
- 本装置は直射日光の当たらない場所に置き、5℃から35℃の範囲で使用すること。低温の環境に長期間保管されていた場合は、本装置が使用温度範囲(5℃から35℃)になるまで待ったうえで使用すること。
- 強い静電気や電磁波が発生する機器(テレビや携帯電話等)の近くで使用しないこと。[装置の誤動作により酸素が供給されないことがある。]
- カニューラ、チューブ等は、医師の処方や指示に従って使用すること。[酸素供給に支障が生じる場合がある。]
- 本装置に燃えやすいものを付着させないこと。
- 本装置の周りに15cm以上の間隔をとること。
- 超音波式の加湿器および超音波ネブライザーを同じ部屋で使用しないこと。[故障の原因となることがある。]
- 本装置に水がかからないように注意すること。
- 本装置の分解、改造、修理は行わないこと。
- 本装置の発する警報や本装置の運転状態を常に確認できる状態で使用すること。
- 本装置に異常が認められた場合は、直ちに使用を中止し、指定の連絡先に連絡すること。

3.相互作用(他の医薬品・医療機器等との併用に関すること)

1)併用注意(併用に注意すること)

- 心臓ペースメーカー等の体内埋め込み型電子機器を装着している患者の場合は慎重に適用すること。[体内埋め込み型電子機器に誤作動が生ずるおそれがある。]
- 他の医療機器と併用する場合は、併用による影響の有無を確かめ、誤動作する場合には使用しないこと。[性能や警報が機能せず、医療事故につながる危険性がある。]

4.不具合・有害事象

1)重大な有害事象

- 停電や故障等の装置停止時および雷鳴等による使用中止時に、低酸素血症や酸素不足に伴う症状があらわれることがあるので、酸素ボンベ等のバックアップ機器を備え付けるとともに、異常があらわれた場合には適切な処理を行うこと。

2)その他の有害事象

- 下記のような症状または異常があらわれた場合には適切な処置を行うこと。
 - ・動悸、息切れ、爪の変色
 - ・発熱
 - ・頭痛
 - ・眠気
 - ・痰の増加、変色
 - ・咳の増加
 - ・尿の減少、手足のむくみ
 - ・鼻、口、のどのかわき

5.その他の注意

- 雷が鳴り出したら、直ちに使用を中止して、電源プラグには触れないこと。
- 付近に火災が発生した場合は、直ちに使用を中止して運転終了ボタンをタッチし、電源プラグをコンセントから抜いて速やかに安全な場所に避難すること。
- 稼動時間が1日1時間以内の短時間使用の場合や長期間(1ヶ月以上)使用しない場合は、本装置の性能を維持するため、月に一度は24時間以上連続運転を行うこと。
- 停電や故障等により本装置が停止した場合に使用する酸素ボンベ等のバックアップ機器は、緊急時直ちに使用できるよう本装置の近くに置き、酸素ボンベの場合は酸素ガス残量を常に確認しておくこと。
- バックアップ機器が酸素ボンベである場合は、ボンベ使用后にはボンベ内の残量を確認し、空になる前に充填済みボンベと交換すること。
- 酸素濃縮装置の複数台接続使用(配管集合等による)は配管抵抗により酸素供給量が低下するので、行わないこと。

【保管方法及び有効期間等】

1.保管方法

- 水のかからない場所に保管すること。
- ホコリ、塩分、イオウ分等を含んだ空気により悪影響を生ずるおそれのない場所に保管すること。
- 保管温度は0～40℃とし、結露しない状態で保管すること。
- 傾斜、振動、衝撃(運搬時を含む)等の安定状態に注意すること。
- 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。

2.耐用期間

正規の保守・点検および消耗品の交換を行った場合10年[自己認証(当社データ)による]

【保守・点検に係る事項】

詳細は取扱説明書を参照してください。

1.使用者による保守点検事項

- 防塵フィルタは毎日掃除すること。
- 防塵フィルタは週に1回洗浄すること。
- 操作画面にホコリがついた場合は乾いた柔らかい布でふくこと。
- 外装ケースのホコリ等の汚れを取り除くときは、乾いた柔らかい布か、よく水をしぼった布でかるくふきとること。
- しばらく使用しなかった機器を再使用するときは、使用前に機器が正常かつ安全に作動することを確認すること。

2.業者による保守点検事項

6箇月に一度、下記点検を行うこと。

- 外観
- 性能測定
- 部品および消耗品のチェック、交換
- 騒音、振動
- 清掃

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

<製造販売業者>

エア・ウォーター・バイオデザイン株式会社

TEL:052-728-8788