器 51 医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器 吸引チューブ JMDNコード16779000

バキュエイド7325 吸引チューブ

【禁忌・禁止】
〈使用方法〉
1. 吸引チューブを洗浄しないで別の患者に使用しないこと。
また、患者個人の使用に限り、複数の患者に使用しないこと。
［感染のおそれがあるため］

【形状・構造及び原理等】
1.構成

2.原理
電動式可搬型吸引器で陰圧を発生させ、吸引ボトルの蓋に接続した
吸引チューブによって、患者の吸引物を吸引ボトルへ移送する。

【使用目的又は効果】
本品は吸引器と回収容器との接続に用いる柔軟性のある
プラスチック製のチューブである。

【使用方法等】
［使用準備］
1）本品にひび割れ等がないか確認する。
2）吸引チューブを、吸引ボトルの吸引チューブ接続部に差し込む。

［使用］
1）吸引器本体の取扱説明書に従い操作する。
2）必要に応じて吸引カテーテル（別売品）を吸引チューブに
接続して吸引を開始する。

［使用後］
1）吸引チューブを蓋から外す。
2）保守・点検に係わる事項のとおり、洗浄する。

【使用上の注意】
〈重要な基本的注意〉
1）本品は一人の患者専用とし、使用頻度に応じ適切に交換すること。

〈相互作用〉
［併用注意］
1）吸引カテーテル等の中には、本品に接続できないものがある。
使用前に、接続する吸引カテーテルと本品が確実に接続できる
ことを確認すること。
2）吸引カテーテルの使用方法等は吸引カテーテルの取扱説明書に
従うこと。

【保守・点検に係る事項】
〈使用者による保守点検事項〉
1）本品は使い終わるたびに、機器から外し、チューブ内を温かい
流水で十分に洗い流す。
2）食酢 1 に対して温水 3 の割合の混合液で洗い、温かい流
水ですすぎ、十分に乾燥させる。
3）使用頻度に応じ、適切に交換する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
製造販売業者: SMI合同会社
電　話　番　号: 0561-59-2708
製　造　業　者: DeVilbiss Healthcare（米国）