

機械器具 42 医療用剥離子
一般医療機器 剥離子 JMDNコード：70952000
軽量ハンドル・コブエレベーター

【形状・構造及び原理等】

1. 形状



2. 原材料

シャフト：ステンレス鋼
ハンドル：アルミニウム合金

3. 寸法等

外装に記載

***【使用目的又は効果】**

本品は手動の器具であり、一般外科手術で組織の剥離に用いる。

【使用方法等】

- 使用前に洗浄及び滅菌を行う。
- 使用者がハンドルを把持し、先端を目的部位で動かし操作する。
- 使用後は速やかに洗浄及び滅菌を行い、適切に保管する。

***【使用上の注意】**

1. 重要な基本的注意

- ① 本品は未滅菌のため、使用前に必ず洗浄及び滅菌を行うこと。
（【保守・点検に係る事項】の項を参照）
- ② 本品がハイリスク手技に使用された場合には、プリオン病感染予防ガイドラインに従った洗浄、滅菌を実施すること。
- ③ 本品がプリオン病の感染症患者への使用及びその汚染が疑われる場合には、製造販売業者又は貸与業者に連絡すること。
- ④ 本品は度重なる洗浄・滅菌及び使用による金属疲労により、破損する場合がある。

2. 不具合・有害事象

- ① 重大な不具合
 - ・ 本品の破損又は変形
 - ・ 本品の機能不良
- ② 重大な有害事象
 - ・ 血管、神経、組織、骨、内臓又は関節の損傷及び穿孔、出血、疼痛、硬膜損傷（髄液漏）、骨折又は神経障害等
 - ・ 感染
 - ・ 破損片の体内遺残
 - ・ アレルギー反応
 - ・ 本品の不具合によって起こる手術時間の延長、手技の変更及び再手術
- ③ その他の有害事象
 - ・ 患者及び手術従事者の負傷

3. 相互作用

〔併用注意〕（併用に注意すること）

電気メスを用いた接触凝固は、術者が感電、火傷をする危険性があり、また、器械の表面を損傷するので、併用には注意すること。

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
電気手術器 （電気メス）	使用禁止	術者が感電、火傷をする危険性がある。

***【保管方法及び有効期間等】**

先端部を保護し、重量物の下にならない様、器具用のケース等を用いて保管すること。

***【保守・点検に係る事項】**

1. 使用前・使用後の点検
外観、機構等、異常がないことを確認すること。
2. 故障時のお願い
異常のあるもの及びその疑いのあるものは使用を中止し、本文書の問い合わせ先に連絡するか、新しい物と取り替えること。
3. 洗浄方法

(1) 手洗い洗浄

- ① 使用後は速やかに医療用中性洗浄剤等で洗浄し、付着物を取除くこと。
- ② 苛性ソーダ、ホルマリン、グルタルアルデヒド及びブリーチを含む洗浄剤や、その他のアルカリ性又は酸性の洗浄剤は腐食の原因となるため、使用しないこと。
- ③ 中性洗浄剤を用いて、ブラシ等で本品を洗浄すること。
- ④ 本品を1分間流水ですすぐこと。

(2) 機械洗浄

- ① 機械洗浄機及び洗浄剤の製造元が定める使用手順及び取扱説明書の指示に従うこと。
- ② 洗浄・消毒サイクルの一部として乾燥が行われる場合は、85℃を超えないようにすること。
- ③ すすぎは、50℃で5分間行うこと。
- ④ すすぎの際は、脱イオン水又は脱塩素水等を使用すること。

(3) 金属たわし及び磨き粉（クレンザー等）の類は使用しないこと。

(4) 洗浄により確実に付着物を取り除くこと。

4. 滅菌方法

- (1) 汚れ又は洗浄剤が残った状態で滅菌を行わないこと。
- (2) 本品は未滅菌のため、使用前に必ず洗浄し、各医療機関により確認された条件にて滅菌を行うこと。

<製造元による推奨滅菌条件>

滅菌方法	滅菌条件
高圧蒸気滅菌 （プレバキューム式）	温度 : 132℃ 時間 : 4分間 乾燥時間 : 30分

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

<製造販売業者>

欧和通商株式会社：TEL 03 (5803) 7172

<製造業者>

日本語名：コーロス社（アメリカ合衆国）

英名：KOROS USA, Inc. Facility (USA)

<問い合わせ先>

欧和通商株式会社 札幌営業所：TEL 011 (708) 7725

東京営業所：TEL 03 (3813) 8201

大阪営業所：TEL 06 (6304) 9305

福岡営業所：TEL 092 (526) 3618

住所等につきましては下記ホームページにてご確認願います。

ホームページアドレス <http://www.ohwa-tsusho.com>