

医15 舌圧子
一般医療機器 舌圧子 14066000

滅菌舌圧子

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 再滅菌禁止

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者
オオサキメディカル株式会社
お問い合わせ先 Tel 0120-15-0039

【形状・構造及び原理等】

天然木を細長い板状に加工したものを滅菌した製品です。

* 発売元

ケンツメディコ株式会社
〒367-0206 埼玉県本庄市児玉町共栄552番地1
Tel 0495-71-1001 Fax 0495-72-6716

【使用目的又は効果】

舌を移動させて、周辺臓器及び組織の検査を容易にするために用いる手術器具をいう。

【使用方法等】

適宜使用すること。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- 本品は天産物のため、輸送、保管中の環境等により、割れ、欠け、ささくれ等が生じることがある。その場合は使用しないこと。
- 破損する可能性があるため、過度な力で抑さえないこと。
- 体内へ留置しないこと。
- 開封後は速やかに使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

- 保管方法
直射日光及び火気をさけ、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。
- 有効期限
容器又は被包の「使用期限」に表示【自己認証(当社データ)による】。