

器15 舌圧子

一般医療機器 舌圧子 14066000

滅菌オオサキ舌圧子TAKE

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 再滅菌禁止

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

オオサキメディカル株式会社

お問い合わせ先 Tel 0120-15-0039

【形状・構造及び原理等】

竹を細長い板状に加工したものを滅菌した製品です。

【使用目的又は効果】

舌を移動させて、周辺臓器及び組織の検査を容易にするために用いる手術器具をいう。

【使用方法等】

適宜使用すること。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- 本品は天産物のため、輸送、保管中の環境などにより、割れ、欠け、ささくれなどが生じることがある。その場合は使用しないこと。
- 破損する恐れがあるため、過度な力で押さえないこと。
- 体内へ留置しないこと。
- 折れたり手に刺さる恐れがあるため、机などに押し当て開封しないこと。
- 開封後は速やかに使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。

2. 有効期間

容器又は被包の「使用期限」に表示【自己認証(当社データ)による】。