


機械器具09 汎用X線診断装置用非電動式患者台（40654000）

一般医療機器 特定保守管理医療機器 設置管理医療機器

リーダー撮影台 X-EASEL

【形状・構造及び原理等】

1) 形状と各部の名称



2) 構成 (対面も同様)

本装置は以下のユニットにより構成される。

- (1) 柱部
- (2) ハンドル
- (3) クランプレバー
- (4) カセットホルダー
- (5) カセット押え
- (6) カウンターバランス機構(柱部内部)
- (7) ロック機構
- (8) 移動用キャスター
- (9) アンカー固定金具
- (10) 脚部
- (11) 補助アーム

3) 原理

- ・装置のカセットホルダーにカセットを取り付けて、立位によるX線一般撮影をすることができる。
- ・軽量のため、X線撮影が必要な場所に容易に輸送し、使用することができる。
- ・電源を必要としない機械式の構造である。

4) 仕様

寸法

《収納時》

幅 757×奥行 1515×高さ 354

《使用時》

幅 757×奥行 612×高さ 1515 (最高位：1732)

(単位mm：±5)

カセット高さ調整範囲：800～1500

(単位mm：床面より)

装着可能なカセット：1717サイズ以下

重量：約 35 kg

【使用目的又は効果】

立位のX線撮影を効率よく行うことを目的とした専用撮影台である。カセットホルダーにカセットを保持する機能を有し、様々な箇所を撮影することが可能である。カセットホルダーは上下に摺動し、任意の高さに容易に調整可能である。

【使用方法等】

使用環境条件

温度：+10℃～+40℃

湿度：30%～75%RH（結露のないこと）

操作方法

1. 装置の設置

収納状態の場合は脚部を展開し装置を起こす。使用する箇所に移動後、キャスターロック及びアンカー固定金具を使用して床面に装置を固定する。

2. カセットホルダーの高さ位置調整

カセットを取付け、被検者の身長及び撮影部位に応じてカセットホルダーの位置を上下に調整する。

取扱説明書を必ずご参照下さい。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- ①使用を開始する前に装置に異常がないこと、構成品、付属品が確実に固定されていることを確認すること。
- ②使用する際には、脚部のロック及びキャスターのロックを確実にし、床面とのアンカー固定も必ず行うこと。
- ③被検者、操作者、介助者は装置の可動部分や装置と壁や床等に挟まれない様に常に注意を払うこと。

高齢者適応

高齢者は握力など体力に問題がある場合は X 線防護衣を装着した介助者を付けるなどして検査に臨むこと。

妊婦・産婦、授乳婦及び小児への適応

- ①妊婦及び妊娠の疑いのある者及び授乳中の者へ使用する場合は医師の指示のもとで慎重に行うこと
- ②小児の検査の場合は X 線防護衣を装着した介助者を付けること。

その他の注意

この装置を廃棄する場合は、産業廃棄物となるので必ず地方自治体の条例・規則に従い、許可を得た産業廃棄物処分業者に廃棄を依頼すること。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

使用環境条件に準ずる

温度：+10℃～+40℃

湿度：30%～75%RH（結露のないこと）

使用耐用年数（自主基準）

使用環境条件を満たした環境で

指定された保守点検を実施した場合 5年

【保守・点検に係わる事項】

1) 使用者による保守点検事項

項目	点検頻度	点検内容
目視点検	始業時	キズ、変形、汚れ、等の異常の有無 製品上や周囲に障害物の有無
動作点検	始業時	動作不良、異音、引っ掛り、等の異常の有無
ガタ、ゆるみ、等	月1回	各部のガタ、ゆるみ、等が発生していないか
グリス切れ、ホコリ等	月1回	駆動部にゴミ、ホコリ等が溜まっていないか グリス・オイル切れが発生していないか

2) 業者による保守点検事項

項目	点検時期	点検内容
定期メンテナンス	年1回	各部のチェック、調整、増締め、注油、グリスUP、部品交換、等

*保守契約、あるいは定期的なスポット点検依頼をして頂く様をお願いします。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者

住所：埼玉県川口市弥平 2-15-15

氏名：株式会社 大林製作所 川口工場

連絡先：埼玉県川口市弥平 2-15-15

株式会社 大林製作所 川口工場

TEL (048) 222-3800

FAX (048) 222-4074

製造業者

住所：埼玉県川口市弥平 2-15-15

氏名：株式会社 大林製作所 川口工場

取扱説明書を必ずご参照下さい。