

機械器具 59 歯科用ユニット JMDN コード 34991010
管理医療機器 特定保守管理医療機器 設置管理医療機器

オサダ ST6 システム

(ST6 / ST6(C) (T))

【警告】

- 1) ユニット周辺に、患者以外（特に子供）を近づけないこと。
やむを得ず、患者以外を近づける場合、機器の操作中は、患者以外の安全にも配慮すること。[挟み込みによる怪我の防止]

【併用禁忌】

<併用医療機器>

- 1) 本製品の電源が入った状態又は、チェアロックスイッチがオフの状態、本製品と電気メスを同時に使用しないこと。
[誤動作の防止（相互作用の項参照）]

【形状・構造及び原理等】

1. 形状



2. 使用環境条件

下記条件にて使用すること。(但し、結露しないこと)

周囲温度	10—40 °C
相対湿度	30—75 %
気圧	700—1060 hPa
標高	2,000 m以下

【使用目的又は効果】

圧縮空気、水、吸引力、電気を歯科診療用機器に供給し、これを駆動すること。

【使用方法等】

1. 設置方法、組立方法

本装置の設置、組立は、当社または当社の指定した業者が行う。

2. 使用方法

機器の詳細な使用方法は、使用前に必ず取扱説明書を参照すること。
また、インスツルメントの使用方法は、添付の各インスツルメントの取扱説明書及び添付文書を参照すること。

1) 始業前の準備

- ① エアコンプレッサーの電源オン
- ② エアードライヤー、診療用吸引装置の電源オン
- ③ メインスイッチのオン
- ④ コードレスカートテーブルの電源オン（選択仕様）
- ⑤ ユニット内滞留水排水
- ⑥ ハグバンドの取付け（選択仕様）

2) 始業前の点検

- ① コンプレッサーの水抜き確認
- ② 椅子の上下、バックレスト、チルトの寝起、レッグレストフラット傾斜の確認
- ③ ヘッドレストの前後・角度・上下の動作確認
- ④ スピットンの排水の確認
- ⑤ 无影灯の点灯の確認（選択仕様）
- ⑥ バキューム・排唾器の吸引確認
- ⑦ コードレスフットコントローラーの電池残量確認（選択仕様）

3) 使用前の点検

- ① 各インスツルメントの確認
- ② 椅子の異音の確認

4) 操作

- ① 取扱説明書による

5) 終業後の処置

- ① 椅子の下降
- ② メインスイッチのオフ
- ③ 給排水部の水抜き
- ④ コードレスカートテーブルの電源オフ（選択仕様）
- ⑤ エアードライヤー、診療用吸引装置の電源オフ
- ⑥ エアコンプレッサーの電源オフ
- ⑦ エアコンプレッサーの水抜き
- ⑧ ハグバンドの収納
- ⑨ 清掃・保守

<使用方法に関連する使用上の注意>

- 1) アマルガム充填又は除去を行う際には、吸引源としてアマルガム分離機能を備えた吸引装置を用いること。

【使用上の注意】

- 1) 患者に治療中は動かない様に十分に説明し、操作者は患者等（子供、介添者や医療スタッフ含む）の手・指・身体の一部を機器の可動部やその周辺に近寄させないこと。また、操作中は常に患者等から目を離さないこと。
- 2) 植込み型心臓ペースメーカ又は植込み型除細動器を使用している患者には十分注意すること。使用中、患者に異常が見られた場合は直ちに本製品の電源スイッチを切り、使用を中止すること。ペースメーカ又は除細動器の機能に障害を与え、人身事故になるおそれがある。
- 3) 人体質量 135kg 以上の人、及び同時に複数の人を乗せないこと。
- 4) ヘッドレストの高さや角度を調整する時は、必ずヘッドレストをしっかり支えて行うこと。また、調整したあとは、確実に固定されていることを確認してから支えている手を離すこと。
- 5) 薬液等が樹脂や金属塗装面に付着した場合、樹脂が変質したり、塗装が剥れ、内部金属が腐食する恐れがあるので、速やかに清拭すること。

取扱説明書を必ずご参照ください。

- 6) 機器の清掃、スπιットンやバキュームを含む排水管路の洗浄は、保守・清掃・消毒・滅菌マニュアルに記載されている方法で行うこと。
- 7) 診療を始める前に、歯科用ユニットに溜まっていた水を排出（フラッシング）すること。特に休診日明けは入念に行なうこと。
- 8) 本装置の傍で携帯電話など電磁波を発生する機器の使用は、装置に障害を及ぼす恐れがあるので使用しないこと。
- 9) 診療後、または使用しない時は、電源を切ること。

〈相互作用〉

1. 併用禁忌

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
電気メス	併用する場合は必ず本製品（歯科用ユニット）の電源を切った状態又はチェアロックスイッチをオンにすること。	電磁干渉により本製品（歯科用ユニット）が誤動作をするおそれがあるため。

2. 併用注意

植込み型心臓ペースメーカ又は植込み型除細動器を使用している患者には十分注意すること。使用中、患者に異常が見られた場合は直ちに本製品の電源スイッチを切り、使用を中止すること。ペースメーカ又は除細動器の機能に障害を与え、人身事故になるおそれがある。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管の条件

下記の条件にて保管すること。（但し、結露しないこと）

周囲温度	-10—60 °C
相対湿度	10—90 %
気圧	700—1060 hPa
標高	2,000 m以下

直射日光に長時間さらさないこと。

2. 耐用期間

製造の日から、正規の使用方法、保守点検を行った場合に限り 10 年間。（自己認証による）

【保守・点検に係る事項】

使用者による保守点検事項

- 1) 機器の始業点検は、取扱説明書「11. 診療前」に従い毎回行うこと。
- 2) 機器の保守・清掃・消毒・滅菌方法は下記資料に基づき行うこと。
 - ① 歯科用ユニットを使う人のための安全ノート
 - ② 保守・清掃・消毒・滅菌マニュアル（保守点検チェックリスト）
 - ③ 取扱説明書「17. オートクレープ滅菌について」、「18. 消毒、滅菌について」
- 3) 機器の調子が悪い場合は、取扱説明書「20. 資料」に従い確認を行い、問題が改善されない場合は直ちに使用を中止して、お買い上げの販売店またはオサダ営業所に修理を依頼すること。

* 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者/製造業者/設計業者 : 長田電機工業株式会社
 TEL(本社) : 03-3492-7651
 ホームページ : <https://osada-group.jp/>
 サイバーセキュリティ問い合わせ先 : <https://osada-group.jp/contactform/index.html>

取扱説明書を必ずご参照ください。