

2015年8月1日（新様式第2版）
2005年4月1日（第1版）

届出番号40B3X10002000001

医療用品 04 整形用品
一般医療機器 医療脱脂綿 70975000

脱 脂 綿

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用しないでください。
- 体内に留置しないでください。
- 滅菌して使用する場合は、高圧蒸気滅菌、EOG 滅菌を使用してください。

【形状・構造及び原理等】

- 本品は綿 100%脱脂綿です。
- 本品は白色で臭い及び味はありません。

【使用目的又は効果】

- 医薬品を塗布したり、患者の体表から少量の体液を吸収したりする等、医療目的に使用するパッド状の綿繊維からなる材料です。

【使用方法等】

- 使用目的に応じて適宜使用してください。
- 創傷面については滅菌したものを使用してください。

【使用上の注意】

- 本品に異常がある場合は使用しないでください。
- 使用したものは医療廃棄物として注意し処理してください。
- まれに、綿花の種子、葉、茎、がくなどの破片が黄色や黒色の斑点状に混在することがありますが、天然由来ですので、使用上心配はありません。

【保管方法及び有効期間等】

- 直射日光、水ぬれ、火気及び高温・多湿をさげ清潔な場所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社 小田工場

福岡県北九州市若松区西天神町4番8号

TEL 093-791-1310

製造業者 株式会社 小田工場

テイメン 株式会社