

機械器具25医療用鏡のうち  
歯鏡および歯鏡柄  
一般医療機器 歯鏡 (31776000)  
**八角ミラー・ホルダー**

**【禁忌・禁止】**

感作・アレルギー反応を起こす可能性があるので  
本品の原材料に対して金属アレルギーの既往歴  
がある患者に使用しないこと。

**【形状、構造及び原理等】**

1. 形状

本品の形状は、下図（写真）のとおり。

2. 原理

ネジ部に歯鏡ヘッドのネジをねじ込み使用する。

3. 原材料

本品の原材料（材質）は真鍮・クロームメッキである。



**【使用目的又は効果】**

本品は歯鏡を維持する柄である。

**【使用方法等】**

先端のネジに歯鏡のネジをねじ込み使用する。

**【使用上の注意】**

- ① 患者毎に滅菌を行い、感染防止に十分配慮すること。
- ② 洗浄液、消毒液を使用する際は、それらの取扱説明書に従うこと。
- ③ 使用前に損傷や摩耗、変形、機能していない部位がないか点検すること。
- ④ 使用中、本品にねじりや圧をかける際は本品に破損や亀裂が生じないよう注意すること。

**【保管方法及び有効期間等】**

- ① 高温・多湿・直射日光及び水濡れを避け、清潔な場所で保管すること。
- ② 移動保管の際は本品に衝撃がかからないよう取扱いに注意すること。
- ③ 歯科の従事者以外が触れないよう、適切に保管・管理すること。

**【保守・点検に係る事項】**

- ① 洗浄時に金属束子や研磨材を用いないこと。  
本品の表面に傷を付ける恐れがある。
- ② 強酸性・強アルカリ性の洗浄剤や消毒液の使用は避けること。  
本品を腐食させる恐れがある。
- ③ 洗浄後は流水で十分にすすぎを行い、洗浄剤・消毒液が残らないようにする。
- ④ 本品を保管する際は、十分乾燥させること。

**【製造販売業者の氏名又は名称】**

- ① 製造販売業者  
有限会社小山田製作所
- ② 住所  
〒959-1252  
新潟県燕市寿町4番2号
- ③ 電話番号  
0256-62-2547
- ④ ファックス番号  
0256-66-5755