

機械器具68印象採得又は咬合採得用器具
一般医療機器 歯科印象採得用トレー（16350000）
白水オリエンタルトレーL上顎用

【禁忌・禁止】

感作・アレルギー反応を起こす可能性があるので
本品の原材料に対して金属アレルギーの既往歴
がある患者に使用しないこと。

【形状、構造及び原理等】

1.形状

本品の形状は、下図（写真）のとおり。

2.原理

本品は印象材の「保持部」と患者の口腔内に本
品を挿入する際に持つ「柄部」から構成される。

3.原材料

本品の原材料（材質）はステンレス鋼である。



【使用目的又は効果】

本品は印象採得時に印象材を盛り圧接するために
用いる器具である。

【使用方法等】

- ① 印象材を本品に盛り、口腔内に装着し圧接する。
- ② 印象材が硬化した後、口腔より取り外す。
- ③ 使用後は必ず洗浄を行う。

【使用上の注意】

- ① 使用毎に滅菌を行い、感染防止に十分配慮する
こと。
- ② トレークリーナー、洗浄液、消毒液を使用する際
は、それらの取扱い 説明書に従うこと。
- ③ 使用前に損傷や摩耗、変形、機能していない部
位がないか点検すること。
- ④ 使用中、本品にねじりや圧をかける際は本品に
破損や亀裂が生じないように注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

- ① 高温・多湿・直射日光及び水濡れを避け、清潔
な場所で保管すること。
- ② 移動保管の際は本品に衝撃がかからないよう
取扱いに注意すること。
- ③ 歯科の従事者以外が触れないよう、適切に保管
管理すること。

【保守・点検に係る事項】

- ① 洗浄時に金属束子や研磨材を用いないこと。
本品の表面に傷を付ける恐れがある。
- ② 強酸性・強アルカリ性の洗浄剤や消毒液の使
用は避けること。
本品を腐食させる恐れがある。
- ③ 洗浄後は流水で十分にすすぎを行い、洗浄剤
・消毒液が残らないようにする。
- ④ 本品を保管する際は、十分乾燥させること。

【製造販売業者の氏名又は名称】

- ① 製造販売業者
有限会社小山田製作所
- ② 住所
〒959-1252
新潟県燕市寿町4番2号
- ③ 電話番号
0256-62-2547
- ④ ファックス番号
0256-66-5755