

機械器具 09 医療用エックス線装置及び医療用エックス線装置用エックス線管  
一般医療機器 全身画像診断・放射線治療用患者体位固定具 JMDN40902000


## 磁化率補正具 ORRAD-02

### 【形状・構造及び原理等】

#### 1. 概要

本品は、MRI撮影時に被検者目的撮影部位とMRIコイルの間の空間が画質に影響することから、その空間を埋めて画像を改善することを目的とした固定具である。

### 【形状】



サイズL : W 200mm x D 95mm x H 20-60mm

サイズM : W 135mm x D 85mm x H 15-50mm

サイズS : W 110mm x D 85mm x H 15-50mm

サイズSS : W 100mm x D 65mm x H 15-50mm

(寸法の公差は10%)

1式はL:3個、M:1個、S:1個、SS:1個 の合計6個で構成する。

### 【構造】

本体各サイズは、それぞれ外袋と内袋の二重構造となっており、樹脂製のビーズを詰めた内袋を外袋に封入している。MRIコイルと撮像部位に生じる空間の大きさに合わせて各サイズの本袋を適切に設置する構成となっている。

### 【原理】

本製品を使うことにより撮像部位とMRI用コイル間の空間が少なくなり、磁化率が均一に補正され、得られる画像が改善される。また、位置決めが容易になる固定具でもある。

### 【使用目的又は効果】

画像診断、画像支援下での手術、インターベンショナル法、又は放射線治療の場合に全身を適切に位置決め、固定する目的で特別に設計された固定式又は調節可能な部品から構成される装置をいう。

### 【使用方法等】

1. MRIコイルと目的撮像部位の間に生じるすき間を埋めるために、サイズの異なる袋を適切に配置する
2. 目的撮像部位が固定され、撮影を開始する。

### 【使用上の注意】

1. 本品は未滅菌製品である。
2. 洗濯機、乾燥機、脱水機、ドライクリーニングは使用しないこと。
3. 使用前、使用後に本品表面を清拭すること。
4. 本品を配置する時に、患者さんの傷口や損傷のある部位に接触させないこと。
5. 袋の重さにより、被検者が息苦しさ、苦痛が生じていないかを確認すること。

### 【保管方法及び有効期間等】

使用後の用具は必ず清潔にして、保管すること。  
高温多湿を避け、極端な温度、湿度の変化がない場所に保管すること。

### 【保守・点検に係る事項】

1. 使用前には本品表面の汚れ、損傷、縫い目のほつれなどないことを目視にて確認すること。
2. 長期間使用しなかったものを再使用する際には、使用前に必ず正常且つ安全に使用できることを確認すること

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者名 オリオン・ラドセーフメディカル株式会社

電話番号 052-449-2670

製造業者名 オリオン・ラドセーフメディカル株式会社  
名古屋本社