**2021年02月21日作成(第６版)(新記載要領に基づく改訂)　　届出番号：27B3X00046000013号
*2013年07月30日作成(第５版)

器７０　歯科用鋳造器
一般医療機器　歯科技工用鋳造器関連器具　ＪＭＤＮ７０７５４０００

タイトリング

【形状、構造及び原理等】



1)外観図
形状：円筒形

2)呼称と寸法（単位mm）
＊タイトリング３４０Ｌ：Φ34.0×H60×厚さ1.5
＊タイトリング４８６Ｌ：Φ48.6×H60×厚さ1.5
＊タイトリング６０５Ｌ：Φ60.5×H70×厚さ2.0
＊タイトリング７６３Ｌ：Φ76.3×H70×厚さ2.0
＊タイトリング８９１Ｌ：Φ89.1×H70×厚さ2.0

タイトリング３４０：Φ34.0×H50×厚さ1.5
タイトリング４８６：Φ48.6×H50×厚さ1.5
タイトリング６０５：Φ60.5×H50×厚さ2.0
タイトリング７６３：Φ76.3×H50×厚さ2.0
タイトリング８９１：Φ89.1×H50×厚さ2.0

タイトリング No.１：Φ34×H40
タイトリング No.２：Φ43×H40
タイトリング No.３：Φ49×H40
タイトリング No.４：Φ60×H40
タイトリング No.５：Φ75×H50
タイトリング No.６：Φ89×H50

【使用目的又は効果】

歯科技工物を作製するために用いる鋳造用フラスコ、鋳造リング等をいう。

【使用方法等】

１）高温鋳造用埋没材又は鋳造用石膏系埋没材を適切に計量・練和し、形成完了したワックスパターンを埋没する。
２）通法の歯科技工操作に従い、操作する。

【使用上の注意】

１）使用注意
・本品は、添付文書に記載の用途以外には使用しないこと。
・本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

２）重要な基本的注意
・本品を扱う際は、落下による破損と人体への影響を避けるため、平らで安定した場所で操作を行うこと。
・加熱した本品を取り扱う際、火傷に注意すること。
・本品の破損につながるので、掘り出しの際は必要以上の衝撃を加えないこと。
・破損した本品を使用するとケガをする可能性があるので使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

貯蔵・保管方法
・本品は、傾斜、振動、衝撃を避けて保管すること。
・本品は、歯科医療有資格者以外が触れないよう適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：オーディック株式会社
住　　所：〒553-0003
大阪府大阪市福島区福島7-14-20
大阪みづほビル内
電 話 番 号：06-6451-7385
受 付 時 間：9:00～17:00(土･日･祝を除く)