類別:機械器具 (O1) 手術台及び治療台

一般医療機器　　一般的名称:手術台アクセサリー (70469000)

販売名:水受け吸引マット

【禁忌・禁止】

1. 本製品は、使用目的以外に使用しないこと。〔誤った使用方法は本品の破損を招く恐れがあるため。〕
2. 本製品の使用にあたりこの添付文書を事前に十分理解すること。

【形状・構造及び原理等】



1. 原材料
   ① ベースマット :ゴム
   ② 中敷き :ポリ塩化ビニル
   ③ 吸引口 :ステンレス鋼
2. 寸法 (mm±10%)
   縦 :600 ～ 2000
   横 :600 ～ 1200
   高さ:10 ～ 30

【使用目的又は効果】

本製品は、関節鏡視下手術台下部に設置して術中に使用される視野確保用供給液の、効率的回収のために用いるマットである。

【使用方法等】

1. 外観に穴あき、破れ等がないこと。法が表示値±10%以内であること。
2. 関節鏡視下手術台下部に設置し、ベースマット側面切り欠き部穴より、吸引金具吸引口がマット内側になるよう貫通させ、吸引口は平面がゴムマットに接地するようセットする。吸引金具に吸引ホース(手術室備付けのもの)を結合させる。
3. ベースマット内に中敷きマットを敷く。
4. ベースマットの他の切り欠き部の開口穴は全て止水栓をする。
5. 吸引口から吸引を開始する。
6. 使用後は洗浄して乾燥させる。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意
   ① 本製品の使用前に穴あき、破れ等を確認の上、使用すること。 不具合を発見した場合は使用しないこと。
   ② 使用目的(手術・処置等の医療行為)以外の目的で使用しないこと。また、破損、曲がり等の原因になるので使用時に必要以上の力(応力)を加えないこと。
   ③ 異常に気づいた時は、直ちに使用を中止すること。
   ④ 使用後は直ちに洗浄すること。
   ⑤ 中敷きは、耐熱温度が60度なので、自動洗浄機は使用してはなっらない。中敷きは、水またはぬるま湯で洗浄すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 本製品は、高温・高湿を裂け、塵やほこりのない清潔な場所に貯蔵・保管すること。 また、水漏れや直射日光は避けるよう細心の注意を払うこと。
2. 本製品は、貯蔵・保管の際、変形や損傷の原因となりうる重量物を乗せないこと。
3. 傷、破損、水漏れを認めたら部品交換または廃棄すること。
4. 有効期間は1年間です。

【保守・点検に係る事項】

(使用者による保守点検事項)

1. 本製品は、日常点検し、ベースマットに穴あき、破れ等がないか充分点検を行うこと。
2. 洗浄について
   ① 使用後は直ちに洗浄すること。
   ② 汚染除去に用いる洗浄は、医療用中性洗剤等、洗浄方法に適したものを選択し、適切な濃度で使用すること。
   ③ 洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥すること。
   ④ 強アルカリ／強酸性洗剤・消毒剤は器具を腐食させる恐れがあるので、使用を避けること。洗浄には、やわらかいブラシ、スポンジ等を使用し、金属たわし、クレンザー(磨き粉)等は器具の表面が損傷するので、洗浄時に使用しないこと。
   ⑤ 塩素系及びヨウ素系の消毒剤は、腐食の原因になるので、できるだけ使用を避けること。使用中に付着したときは水洗いすること。
3. 本製品は、当社以外の修理業者に修理を依頼しないこと。

【包装】

本製品は ビニール包装後、1 組／1 箱

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者名: オオタ株式会社
〒701-0145 岡山県岡山市北区今保82
TEL: 086-241-2048　　FAX: 086-241-2458

製造業者名: オオタ株式会社