

- ・可動状態及び、磨耗等による形状変化など、本来の機能が発揮されない状態では、交換が必要になるので注意すること。
- ・可動部がある場合は、適切な潤滑剤を使用すること。

2. 使用前の処理（日常点検及び滅菌）

- (1) 滅菌前に、本品が正常に作動すること、及び本品に損傷、変形等の異常がないか点検すること。特に先端部にねじれ、バリ等がないかを確認すること。
- (2) 下記条件又は、 10^{-6} 以下の無菌性保証水準が得られる条件で滅菌を行うこと。

(推奨滅菌条件：高圧蒸気滅菌の場合)

温度	時間
115～118°C	30 分間
121～124°C	15 分間
126～129°C	10 分間

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

[製造販売業者]

株式会社オーミック

電話番号 077-554-1871

[販売業者]

ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

URL : depuysynthes.jp