器 63　歯科用ブローチ

一般医療機器　歯科用ブローチ JMDN41865000

新案ブローチホルダー

【形状・構造及び原理】

［原材料］: JIS H3250(クロムメッキ)

【使用目的又は効果】

［使用目的］

先端に歯科用のクレンザー及びブローチを装着して、使用する。

［効　　果］

本品は、先端に歯科用のクレンザー及びブローチを装着してカブトを左に回して、固定することができる。

【使用方法等】

［使用方法］

本品に歯科用のクレンザー及びブローチを確実に奥まで挿入して左に回すことによりロックさせ、抜けないことを確認してから使用すること。

［使用方法に関連する使用注意］

① 家庭用洗剤、超酸化水(超酸性水)等は、金属を腐食させることがあるので、使用しないこと。

② 使用後は、防錆洗浄液、精製水等を用いて器具に付着した血液、体液等を速やかに除去し、十分乾燥させてから保管すること。

③ 錆や腐食の原因となるので洗浄の際、磨き粉や金属ウール、金ブラシ等を使用しないこと。

④ 器具の寿命を著しく低下させるので、粗雑な取り扱いをしないこと。

★★ 弊社推奨複合消毒法、

ステップ 1.（菌やウイルスの除去と一定のタンパク除去）

高濃度次亜塩素酸弱酸性水(フィリオ３０)にて、スプレークリーニング１分間放置２回行い流水洗浄。

ステップ２.（十分な洗浄とタンパク除去）

オキシドール系弱アルカリ洗浄剤(洗浄ルネサンス)にて２００倍希釈、10 分浸漬後流洗浄。

ステップ３ .化学的殺菌・消毒剤(グルタール製剤)等を含む高水準消毒薬で浸漬洗浄・流水洗浄・拭き取り乾燥を行う.

＊＊なお、本品は構造上、高圧蒸気滅菌器（オートクレーブ）処理を絶対行わないこと。

【使用の注意】

使用注意

① 器具の正しい使用のため、添付文書の注意・指示事項に従うこと。

② 使用前に必ず(保守・点検に係る事項参照)をすること。
洗浄・滅菌は.［使用方法に関連する使用上の注意］ステップ１～３&⑥を参照のこと。

③ 破折・曲がり等の原因になります必要以上の力(応力)を加えないこと。

＊本品の品質上、洗浄浸漬薬液等に十分注意すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期限等】

［貯蔵・保管方法］

① 水分・汚れが付着したまま保管しないこと。

② 本品は適切な保管・管理をすること。

［使用期限等］

本品は、使用有効期限等を特別定めていないため長時間使用により、材質の疲労・摩耗等で耐久性が低下する事が有るため安全管理上新しい物と適時交換する事。

【保守・点検に係る事項】

ブローチホルダーは使用（滅菌）前使用後に、汚れ・傷・曲がり等に異常がないか点検すること。

【包装】

1 **箱** 50 **本入り**

【製造業者又は輸入販売業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元：小野島製作所　小野島 謙悟
電 話 番 号：０３－３９８６－５９５７
ＦＡＸ番号：０３－３９８０－５１４７
製 造 業 者：小野島製作所　小野島 謙悟
住　　所：〒170-0011
東京都豊島区池袋本町３－１９－１２