2022 年 11 月 9 日　作成　　医療用具許可番号 25B3X10007000007

歯科材料 09 歯科用研削材料

一般医療機器　歯科用ゴム製研磨材　JMDN　70903000

コスモスラビンホイール

【注意】
・使用回転数 20000rpm を超えて使用しないこと。
・変形、亀裂、損傷（錆、表面キズ、曲がり、汚損）等のある物は使用しないこと。
・本材を使用して研磨する際には局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスクを使用すること。
・目の損傷を防ぐために防護眼鏡等を使用すること。

【使用上の注意】
・歯科用マンドレルに確実にセットすること。
・ハンドピースメーカーの指示に従って、シャンクを確実に奥まで挿入し半チャックでないことを確認すること
・必ず右回転で使用すること
・使用前に軸ブレ等異常がないことを確認すること

【形状、構造及び原理等】



直径：22ｍｍ
粗目　WA-220　厚さ 3ｍｍ
細目　WA-320　厚さ 3 ｍｍ
細目　WA-320　厚さ 1 ｍｍ
内容量　100 個入

【保管方法及び有効期間等】
〔保管方法〕
・水分、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて外圧(物理的負荷)及び汚染を受けないように保管すること。
・本製品は歯科医療従事者以外が触れないように適切に保管、管理すること。

【使用目的又は効果】
コバルトクロム合金、パラジウム合金、金合金、銀合金等あらゆる歯科材料の仕上げ研磨に使用する。

【使用方法等】
マンドレルに本製品をセットし、歯科用ハンドピース、又は歯科技工用回転器に装着して使用する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
〔製造販売業者〕
株式会社 キャスティング・オカモト
〒 520-1603
滋賀県高島市今津町北仰 452
TEL：0740-22-5011　FAX：0740-22-5070
〔製造業者〕
株式会社 キャスティング・オカモト
〒 520-1603
滋賀県高島市今津町北仰 452
TEL：0740-22-5011　FAX：0740-22-5070