

<一般医療機器 医療脱脂綿 70975000>

## 医04 整形用品

## りそ一角綿

### 再使用禁止

#### 【警告】

○術後に枚数を確認することや術式に応じて使用する脱脂綿の種類・準備枚数(最少単位)を決めておくなど体内に遺残させないよう対策をとること

#### 【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 電気メス等を近づけないこと  
(引火するおそれがある)

#### 【形状・構造及び原理等】

綿100% 脱脂綿  
包装：4 cm×4 cm、500g 入り

#### 【使用目的又は効果】

医薬品を塗布したり、患者の体表から少量の体液を吸収したりする等、医療目的に使用するパッド状の綿繊維からなる

#### 【使用方法等】

使用目的に応じて適宜使用して下さい。  
目的に応じて滅菌して下さい。  
滅菌して使用する場合は、高圧蒸気滅菌、EOG 滅菌を使用して下さい。

#### 【保管方法及び有効期間等】

##### 保管方法

直射日光、水漏れ、火気及び高温・多湿を避け、清潔な場所に保管して下さい。

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

カクイ株式会社  
〒890-0081 鹿児島市唐湊4丁目16番1  
お問い合わせ先 099-254-2131