

<一般医療機器 コットンボール 11028000>

## 医04 整形用品

## りそー綿球

### 再使用禁止

#### 【警告】

○術後に枚数を確認することや術式に応じて使用する脱脂綿の種類・準備枚数(最少単位)を決めておくなど体内に遺残させないよう対策をとること

#### 【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 電気メス等を近づけないこと  
(引火するおそれがある)

#### 【形状・構造及び原理等】

脱脂綿(綿100%)を球状に加工したものである

#### 【使用目的又は効果】

様々な身体部位に薬物を塗布したり、又は液を除去するために用いる綿繊維の球状の塊をいう。

#### 【使用方法等】

使用目的に応じて適宜使用して下さい。  
目的に応じて滅菌して下さい。  
滅菌して使用する場合は、高圧蒸気滅菌、EOG滅菌を使用して下さい。

#### 【保管方法及び有効期間等】

##### 保管方法

直射日光、水漏れ、火気及び高温・多湿を避け、清潔な場所に保管して下さい。

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

カクイ株式会社  
〒890-0081 鹿児島市唐湊4丁目16番1  
お問い合わせ先 099-254-2131