** 2026 年 8 月(第 3 版)
＊ 2021 年 10 月(第 2 版)

医療機器承認番号：21400BZZ00002000

機械器具 56 採血又は輸血用器具
高度管理医療機器 カリウム吸着除去用血液フィルタ JMDN コード:70367000

カワスミ カリウム吸着フィルター

再使用禁止 （100mL 以下処理用）


【警告】
＜適用対象（患者）＞
患者によっては輸血中に血圧低下、ショックなどの重篤な症状が現れる可能性があるので、【使用上の注意】に特に注意すること。（不具合・有害事象の項参照）

【禁忌・禁止】
＜使用方法＞
再使用禁止

【形状・構造及び原理等】
本品は人赤血球液 100mL 以下処理用規格(KPF-n)である。

性能 本品は、赤血球製剤中の過剰なカリウムイオン（K^+）をナトリウムイオン（Na^+）と交換する。
カリウム濃度が 30～50mEq/L の人赤血球液の場合、本品は処理速度 15mL/min 以下において 100mL 中の過剰カリウムを 80%以上除去できる。

＜本品の基本構造＞



＜構成品の主な材質＞

フィルター部	イオン交換樹脂：ポリスチレンスルホン酸ナトリウム 充填液：生理食塩液 外筒等：ポリカーボネート
その他	ポリプロピレン、ポリカーボネート、ポリ塩化ビニル、シリコーンゴム、ポリエチレンテレフタレート

本品のチューブ及び分岐管には、ポリ塩化ビニル(可塑剤：トリメリット酸トリス(2-エチルヘキシル))を使用している。

＜作動・動作原理＞
陽イオン交換樹脂であるポリスチレンスルホン酸ナトリウムにより、カリウムイオン（K^+）をナトリウムイオン（Na^+）と等量置換することで、血液製剤中の過剰カリウムイオン（K^+）を吸着除去する。


【使用目的又は効果】
胎児・未熟児・新生児・交換輸血又は体外循環を受ける小児及び救命上緊急な急速大量輸血が必要な患者に対し、カリウム値が上昇しているおそれのある赤血球製剤（照射血・長期保存血）を輸血する場合の輸血血液中の過剰カリウムの吸着・除去。

＜使用目的又は効果に関連する使用上の注意＞
1. 重要な基本的注意
（1）本品の使用は、胎児・未熟児・新生児・交換輸血又は体外循環を受ける小児及び救命上緊急な急速大量輸血が必要な患者に対し、カリウム値が上昇しているおそれのある赤血球製剤（照射血・長期保存血）を輸血する場合に限ること。輸血に伴う高カリウム血症は、循環血液量に対する輸血量が多くかつ急速輸血される場合や腎機能が未発達の患者に輸血される場合に発現するおそれがあるが、このような場合を除いた通常の輸血においては、輸血量、輸血速度に十分注意して慎重に輸血することにより予防できる。したがって通常の輸血においては本品を使用する必要性はない。
（2）（1）のような患者への輸血に際しては、洗浄赤血球や放射線照射直後の血液等、保存期間の短いカリウム濃度の上昇していない血液製剤を使用することが原則であり、緊急輸血等このような血液製剤の確保が困難な場合に限り、本品の使用を考慮すること。なお、本品の使用に際しては、血液製剤中のカリウム濃度を確認し、本品使用の必要性を十分に検討すること。
2. その他の注意
処理する血液の初期カリウム濃度及び処理流速によっては、十分な吸着性能が得られないことがあるので、必要に応じてカリウム濃度の測定を行うこと。

【使用方法等】
＜使用準備＞
1. 個包装からカリウム吸着フィルターを取り出す。
2. セットの 4 箇所のクランプを完全に閉じる。
3. 生理食塩液をイルリガートル台に吊り下げ、本品のプラスチック針(びん針)のゴム製キャップを左右に引き裂いて開封する。
4. イオン交換樹脂を充填したフィルター本体上部のプラスチック針を生理食塩液のポートに穿刺する。
5. フィルター本体下にある連通ピースを折り曲げ完全に開通する。

KN03-2

連通ピースの折り方



6. フィルターの洗浄
(1) 廃液バッグ及びプラスチック針のクランプを開き、生理食塩液100mL を流す。
(2) プラスチック針のクランプを閉じ、通気フィルターの連通ピースを折り曲げ完全に開通し、通気フィルターのクランプを開きフィルター本体内の生理食塩液を廃液バッグに移す。
(3) 通気フィルターのクランプを閉じる。

＜使用開始＞
1. セット下部のルアーコネクター（雌嵌合部）にシリンジを接続する。
2. 転倒混和した輸血バッグの輸血口にプラスチック針を穿刺し、プラスチック針の針基からシリンジまでの落差を 35～40 ㎝に調整する。
3. プラスチック針のクランプを開き血液処理を開始する。
4. 分岐管から廃液バッグにつながるチューブまで血液が流れたら廃液バッグのクランプを閉じる。
5. ルアーコネクターのクランプを開け、シリンジに貯血する。
6. その際、シリンジに貯血するときの処理速度は 15mL/min を超えないようにする。また、その時の血液処理量は 100mL 以下である。
7. シリンジに目的の血液量が溜まったらクランプを閉じる。
8. シリンジに貯血した血液は清潔に取扱い、保存せず速やかに使用する。

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞
1. 重要な基本的注意
（1） 本品は使用前のフィルター本体の洗浄には、必ず生理食塩液を使用すること。
（2） 処理後の本品内の残血回収を行う場合は、通気フィルターを用いてエアーを導入すること。生理食塩液等による回収は、吸着したカリウムイオンが急激に溶出するおそれがあるため行わないこと。
2. その他の注意
異常時の処置：
本品で処理した血液の使用中に血液漏れ及び血液凝集塊等による目詰まり等の異常が発見された場合には、医師の指導のもと直ちに輸血を中止し、適切な処置を行うこと。

【使用上の注意】

**＜重要な基本的注意＞
本品を使用する場合は一般社団法人日本輸血・細胞治療学会により公表される「輸血療法実践ガイド」を考慮し、輸血量、輸血速度に十分注意し、患者の状態を十分に観察し、また、重篤な高カリウム血症の発現に留意し、発現した場合には直ちに適切な処置を行うこと。

**＜不具合・有害事象＞
重大な不具合・有害事象
本品を使用して赤血球製剤の輸血を行った際に、血圧低下、ショックなど重篤な症状が報告されている。
使用に際しては、急激な血圧低下、ショックなど重篤な症状の発生時に備え、あらかじめ救急処置のとれるよう準備しておくこと。
また、輸血中は、患者の状態をよく観察し、発熱、悪寒、頭痛、関節痛、蕁麻疹、呼吸困難、血圧低下、ショックなどの異常が認められた場合には、直ちに輸血を中止し適切な処置を行うこと。
アレルギーや過敏症の既往歴のある患者への使用は特に注意すること。

＜その他の注意事項＞
1. 本品の使用により赤血球製剤中の上清カリウム濃度が低くなるため、患者の電解質濃度に注意し、輸血を行うこと。
2. 使用中患者の容態に異常が見られた場合には、直ちに使用を中止し適切な処置を行うこと
3. 取り扱い上の注意
(1) 包装開封後は直ちに使用すること。
(2) 使用時：使用に際しては、無菌的に取り扱うこと。

【臨床成績】

有効性評価：72例中71例が「有効」（有効率98%）[1)]

【保管方法及び有効期間等】

＜保管方法＞
取り扱いに注意し、直射日光、高温多湿を避けて清潔な場所にて室温（1～30℃）で保管すること。
＜有効期間＞
有効期間は自己認証（当社データ）による。
使用期限は外箱表示参照のこと。

【主要文献及び文献請求先】

＜主要文献＞
1）稲葉頌一：カリウム吸着フィルター（7R-001）の有効性、安全性及び有用性についての第Ⅲ相臨床試験：臨床と研究, 75：895-903, 1998.

*＜文献請求先＞
ＳＢカワスミ株式会社
電話番号：044-589-8070

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

*製造販売業者
ＳＢカワスミ株式会社
電話番号：044-589-8070