2014年12月改訂（新様式第4版）（新記載要領に基づく改訂）　　届出番号 27B1X00006596101
2014年10月改訂（第3版）

医療用品03　手術用手袋及び指サック
一般医療機器　　天然ゴム製検査・検診用手袋　　70977000

ＫＢＭラテックス手袋（パウダーフリー）

再使用禁止

【 禁忌・禁止 】
- 再使用しないでください。
- 天然ゴムによるアナフィラキシー症状の既往歴がある医療関係者及び患者へは使用しないでください。

【 形状・構造及び原理等 】
- 本品は天然ゴムラテックス製の使い捨て検査・検診用手袋でパウダーなしのものです。

【 使用目的又は効果 】
- 手術を除いた検査・検診・治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合、患者及び使用者を交差感染から守るために使用する天然ゴム製手袋です。歯科用手袋を除きます。

【 使用方法等 】
- 開封口より手袋を取り出し使用してください。
- 手袋は左右兼用型です。
- パウダーの付いているものは手袋表面のパウダーをガーゼ等でよく拭い、十分に除去してから使用してください。

【 使用上の注意 】

1、使用注意（次の場合は慎重に使用して下さい。）
- 天然ゴムは、かゆみ、発赤、じんましん、むくみ、発熱、呼吸困難、喘息様症状、血圧低下、ショックなどのアレルギー性症状をまれに起こすことがあります。このような症状を起こした場合には、直ちに使用を中止し、医師に相談してください。
- 天然ゴムと接触する機会の多い方、アトピー性疾患患者等は天然ゴムアレルギー発症のハイリスクグループと考えられますので、使用に際しては注意してください。
- 手袋に使用されているパウダーは、天然ゴムたん白アレルゲンのキャリア（媒体）となり、アレルゲンを吸着飛散し、まれに天然ゴムアレルギーを引き起こす可能性がありますので、使用に際しては注意してください。

2、その他の注意
- 爪先・刃物等　尖ったものなどに触れると破れたり、穴があくことがありますので注意してください。
- 本品は薬品、溶剤等によっては膨潤したり、浸透する場合がありますので注意し使用してください。

【 保管方法及び有効期間等 】

1、保管方法
- 水ぬれ、直射日光、紫外線、オゾン、高温・多湿をさけ清潔な場所に保管してください。
- 小児の手の届かないところに保管してください。

2、使用期限（耐用期間）
- 使用期限(自己認証)をパッケージに記載しています。

【 製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等 】

製造販売元：川本産業株式会社
TEL 06-6943-8956（お客様相談窓口）
(10:00～17:00 月～金ただし祝祭日を除く)