2013年4月25日（初版）

製造届出番号：27B3X00231000021

汎用診断･処置用テーブル(13958009)

一般医療機器

ＧＳ治療チェアー（ＣＬＣ付き）

【警告】
- 治療以外の用途でのご使用はしないで下さい。
- 本製品は、医療従事者以外は使用しないで下さい。
- 患者が可動部の操作をしないようにして下さい。
- 本製品の可動部に手・足・首などを絶対に入れないで下さい。〔挟まれて人身事故の原因となります。〕

【禁忌・禁止】
- 本製品に二人以上載せての治療はおやめ下さい。
- 本製品に火気を近づけないで下さい。
- 設置時、使用時には、本製品の周辺に若干の余裕を取って下さい。

【性能目的・効能または効果】
1)使用目的
本製品は、診察室などで使用し、の診断及び処置に使用することを目的とした角度調整式の汎用診断・処置用テーブルです。

【品目使用等】
1)クッション厚：7㎝（座部）
2)角度調整範囲：背部0～80°　脚部10～-90°

【操作方法又は使用方法等】
1)使用環境条件
温度　10～40°　湿度　30～75%
2)設置上の注意
本製品は可動しますので本製品の周囲に若干の余裕を取って設置して下さい。
3)操作方法
レバー操作により背部、脚部を適切な角度に調節して下さい。

【使用上の注意】詳細については、取扱説明書を必ずお読み下さい。
1)禁忌・禁止
この装置は暴爆型ではないので、装置の近くで可燃性及び爆発性の気体を使用しないで下さい。
2)重要な基本的注意
使用する前に装置に異常がないこと、構成品、付属品が確実に固定されていることを確認して下さい。
3)その他の注意事項
この装置を廃棄する場合、産業廃棄物となり、必ず地方自治体の条例・規則に従い、許可を得た産業廃棄物処分業者に廃棄を依頼してください。

【形状・構造等】
1)構成
本装置は以下のユニットにより構成される。
(1)スチールフレーム部　(2)座シート部
(3)ガススプリング
2)各部の名称
(1)背部　(2)座部　(3)脚部　(4)ステップ部
(5)手置き部
3)本体寸法及び重量
(1)寸法：座幅52×長さ190×座高55(cm)
(2)重量：約56Kg

【作動・動作原理】
ガススプリングにより、背部・脚部の角度を任意に調整できます。

【貯蔵法法及び使用期間等】
1)使用耐用年数
(1)指定された保守点検を実施した場合の耐用年数は10年です。（自己認証）
(2)座シート等のクッション部品、及びレバー類は使用環境によって異なります。

【保守・点検に係わる事項】
1)本製品、および部品は、必ず日常点検を行って下さい。
(1)設置状態の確認。
(2)レバー操作での動作確認。
(3)ガススプリングの異音、異臭の確認。
(4)セントラルロックキャスターのロック機能の操作確認。
2)しばらく使用しなかった本製品を再使用する時には、使用前に清掃を行い、清掃後必ず本製品に異常なく安全に作動することを確認して下さい。

●本製品を廃棄するとき
本製品や交換した部品を廃棄するときは、感染予防を十分に行い、その時点の法規制に従い、適切な処理をして下さい。

【製造販売業者及び製造業者氏名又は名称及び住所等】
製造販売業者：株式会社高田ベッド製作所
住所：大阪府泉南市りんくう南浜2番地17
TEL ：(072)484-8800
FAX：(072)484-8806
製造業者　　：株式会社高田ベッド製作所
住所：大阪府泉南市りんくう南浜2番地17
TEL ：(072)484-8800
FAX：(072)484-8806

取扱説明書を必ずご参照ください。