2013年9月11日（初版）

製品届出番号：27B3X00231000024

汎用診断・処置用テーブル（13958009）
一般医療機器

マイスコ電動診察台　垂直電動タイプ　ステップレバー付き

【警告】
・本製品は、医師、医療従事者以外は使用しないで下さい。
・患者および使用者の安全を守り、機器を正しく使用するために、本書の記載事項に従ってください。
・患者が各操作スイッチに触れたりしないように、常に患者から目を離さないようにしてください。
・患者および使用者の手・指・身体の一部を機器の可動部やその周辺に近寄らせないでください。
［挟まれて人身事故の原因となります。］
・電源は必ずAC１００Vを使用してください。
・ペースメーカーを使用している患者には十分に注意してください。使用中に異常が見られた場合には、直ちに本製品の電源を切り、使用を中止してください。
・医用電気メス、レーザーメスなどの電子機器の使用時には誤動作を起こさせる可能性があるので本製品の電源コンセントを抜いてください。

【禁忌・禁止】
次の行為を禁止します。
・本製品の分解・改造はしないで下さい。また、不具合状態のままで使用しないで下さい。
・保守点検を行っていない状態で使用しないで下さい。
・本製品に二人以上載せての治療はおやめ下さい。
・本製品に火気を近づけないで下さい。
・ 設置時、使用時には、本製品の周辺に若干の余裕を取りご使用ください。
・電磁妨害波が存在する環境下では、誤作動を起こす可能性があります。

【使用目的・効能または効果】
1)使用目的
本製品は、診察室などで使用し、患者の診断及び処置に使用することを目的とした電動昇降式の汎用診断・処置用テーブルです。

【品目仕様等】
1)昇降範囲：480～810mm
2)昇降機能：フットスイッチ操作
3)制御装置操作電圧：DC24V
4)連続使用時間：3分以内
5)電撃に対する保護形式：クラスⅠ B形

【操作方法又は使用方法等】
1)設置上の注意
本製品は、必ず平らで丈夫な床の上に設置してください。
本製品は可動しますので本製品の周囲に若干の余裕を取って設置して下さい。
本製品は、キャスターで移動させることができます。
移動後はキャスターを元の状態に戻し、必ずアジャスターを床に設置させ安定させて下さい。

2)操作方法
フットスイッチ操作にて適切な高さに調節してください。
ご使用後は電源プラグをコンセントから抜いてください。

【使用上の注意】
詳細については、取扱説明書を必ずお読みください。
1)禁忌・禁止
この装置は防爆型ではないので、装置の近くで可燃性及び爆発性の気体を使用しないでください。
2)重要な基本的注意
使用する前に装置に異常がないこと、構成品、付属品が確実に固定されていることを確認してください。

【形状・構造等】
1)構成
本装置は以下のユニットにより構成される。
(1)スチールフレーム部 (2)座シート部(3)ジャバラ
(4)電動モーター (5)電源部 (6)フットスイッチ
2)電気定格
AC100V 周波数 50/60Hz
3)本体寸法及び重量
(1)寸法：幅65・70×長さ180・190×高さ48～81（cm）
(2)重量：約79Ｋｇ

【作動・動作原理】
電動モーターにより上下昇降運動を行います。

【貯蔵方法及び使用期間等】
1)使用環境条件
温度　10～40°　湿度　30～75%
2)使用耐用年数
(1)指定された保守点検を実施した場合の耐用年数は10年です。（自己認証）
(2)座シート、クッション等、およびスイッチ類は、使用環境によって異なります。

【保守・点検に係る事項】
1)本製品、および部品は、必ず日常点検を行ってください。
(1)設置状態の確認。(2)電源スイッチの確認。
(3)スイッチ操作での作動確認。
(4)電動モーターの異音、異臭の確認。
(5)アジャスターの安定性の確認。
2)しばらく使用しなかった本製品を再使用するときは、使用前に清掃を行い、清掃作業を行った後、必ず本製品が異常なく安全に作動することを確認してください。

●本製品を廃棄するとき
本製品や交換した部品を廃棄するときには、感染予防を十分に行い、その時点での法規制にしたがい、適切な処理をしてください。

【製造販売業者及び製造業者氏名又は名称及び住所等】
製造販売業者：株式会社高田ベッド製作所
住所：大阪府泉南市りんくう南浜2番地27
TEL：(072)484-8800
FAX：(072)484-8806

製造業者　：株式会社高田ベッド製作所
住所：大阪府泉南市りんくう南浜2番地27
TEL：(072)484-8800
FAX：(072)484-8806

取扱説明書を必ずご参照ください。