*2017年11月改訂（第3版）（新記載要領に基づく改訂）
*2014年07月 01日改訂（第2版）
2014年05月 01日作成（新様式第1版）　　届出番号：27B2X00281000026

器70　歯科用鋳造器
一般医療機器　歯科技工用鋳造器関連器具　JMDN70754000

CNリング・フォーマー

【形状、構造及び原理等】
適用するリングサイズの違いにより、以下の４種がある。

＃１	φ32mm用
＃２	φ43mm用
＃３	φ51mm用
＃４	φ61mm用

【使用目的又は効果】
鋳造リング用円錐台

【使用方法等】
①ワックスパターンを本品上に植立する。
②鋳造リングの内側にリング緩衝材を内張りし、本品に取り付ける。
③以下、通法に従って埋没・鋳造を行う。

[使用方法に関連する使用上の注意]
１） 鋳造リングは、本品のサイズに合ったものを使用すること。

【使用上の注意】
①損傷、変形等のあるものは、使用しないこと。
②本品は、**【使用目的】**の項に記載の用途以外には使用しないこと。
③本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】
歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
製造販売業者：株式会社カム・ネッツ
住　　所：〒578-0903
大阪府東大阪市今米１丁目１７番１２号
電 話 番 号：072-966-4180
ＦＡＸ 番 号：072-963-4182
Ｅ-Ｍａｉｌ　：info@come-nets.net
*製　造　元：デンケン・ハイデンタル株式会社