歯科材料　9　歯科用研削材料
一般医療機器　歯磨カップ　16184000

プロフィーカップ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 本品原材料又は類似成分に対し発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴がある医療関係者、及び患者には使用しないこと。
- 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

歯科用ハンドピースに装着し回転させ、研磨材と併用して歯面を清掃する。歯科用ハンドピースへの接続部形状と作業部形状の組合せが異なる 8 種類の形状があり、作業部材質にはソフトとハードの 2 種類がある。
使用回転数：10,000 回転／分以下

単位：mm

スクリュー　リブ



スクリュー　ラミネート



スクリュー　ポイント



スクリュー　スパイラル



スナップオン　ラミネート



ラッチ　ラミネート



ラッチ　リブ



ラッチ　ナイロンブラシ付



原材料

- 作業部：ﾘﾌﾞ，ﾗﾐﾈｰﾄ，ﾎﾟｲﾝﾄ：ｼﾘｺｰﾝｺﾞﾑ
  ｽﾊﾟｲﾗﾙ：熱可塑性ｴﾗｽﾄﾏｰ（TPV）
  ﾅｲﾛﾝﾌﾞﾗｼ付：ｼﾘｺｰﾝｺﾞﾑ，ﾎﾟﾘﾌﾞﾁﾚﾝﾃﾚﾌﾀﾚｰﾄ
- 軸部：真鍮（ﾆｯｹﾙﾒｯｷ）

【使用目的又は効果】

歯科予防(清掃)時に研磨材を適用するために用いる。

【使用方法等】

1. 歯科用ハンドピースに装着する。必要な場合は、マンドレルを装着する。
2. 研磨材を併用し、回転させて歯面を清掃する。
3. 研磨材を洗い流すため、水洗を十分に行う。

[使用方法に関する使用上の注意]

- スクリューがハンドピースに確実に固定されていることを確認してから使用すること。
- スクリューを直接ハンドピースに装着する場合は、ハンドピースを作動させずに手で回して装着すること。
- 必ず正回転（時計回り方向）で使用すること。
- 使用回転数を超えた使用は、破損してけがをするおそれがあるので、使用回転数以下で使用すること。

・ 予め患者の口腔外で回転させて、振れがないことを確認すること。
・ 無理な角度、過度の加圧での使用は避けること。

【使用上の注意】

[重要な基本的注意]

本品の使用により発疹などの過敏症状が現れた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

・ 直射日光、水分、腐食性薬材及びその蒸気の暴露を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けないように保管すること。

[有効期間]

・ 60ヶ月 [自己認証（製造元データ）による]
使用期限は、包装に記載。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者氏名：エンビスタジャパン株式会社
製造業者　　：スーヂョウ パックデント テクノロジー社
（Suzhou Pac-Dent Technology Co., Ltd.）
国名　　：中華人民共和国