

添付文書

機械器具 66 歯科用練成器

一般医療機器 歯科用練成器具 (70682000)

再使用禁止

BS New ミキシングチップⅡ

【禁忌・禁止】：再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

形状・外観：



S143 S132 S144 S133 S140 S123 S124 S125

構造

JIS規格カートリッジに装着出来る形状及び既定の規格を有した基材及び硬化剤の射出口を有する。

寸法・用途

型番	名 称	全長 (mm)	用 途
S143	ミキシングチップⅡS (イエロー)	57.2	ライトボディ印象材
S132	ミキシングチップⅡ (ピンク)	80	レギュラー/モノフェーズ印象材 ヘビーボディ印象材
S144	ミキシングチップⅡS (グリーン)	80	ヘビーボディ印象材 バイト咬合採得印象材
S133	ミキシングチップⅡ (ブルー)	58	コア材
S140	ミキシングチップⅡ (ムラサキ)	65	コア材
S123	ミキシングチップⅡ (コア用)	37	コア材、セメント材
S124	ミキシングチップⅡS (レジンセメント)	39.3	コア材、レジンセメント材
S125	ミキシングチップⅡL (レジンセメント)	50	コア材、レジンセメント材

原理・構造：カートリッジから押し出された印象材、セメント及びレジンコア材が、チップ内の攪拌羽根により練和され、チップより射出する構造

【使用目的又は効果】

カートリッジから押し出された印象材及びレジン、セメント等の練和に使用。

【使用方法等】

- 1) カートリッジのキャップ取り外し
カートリッジのキャップを反時計方向に45°回転させ、カートリッジに付与されたきざみ部とキャップの突起部を合せて引き抜きます。
- 2) ミキシングチップⅡ装着前準備
練和紙上に少量押し出し、ベースとキャタリストが均等に出ていることを確認します。(均等に出ていない場合、硬化不良及び適正な効果が得られない場合がありますので注意して下さい。)
- 3) ミキシングチップⅡの装着
カートリッジに付与されたV字溝とミキシングチップⅡのジョイント部にあるアジャストポイントを合せて差し込み、時計方向へ90°回転させ、ミキシングチップⅡを確実に装着します。
- 4) 抽出
ディスペンサーガンのハンドルを操作し、印象材又はレジン、セメント等を抽出します。

- 5) ミキシングチップⅡの取り外し
ミキシングチップⅡの装着と逆の方法で、ミキシングチップⅡをカートリッジから取り外します。(この際ジョイント部からシリコン又はレジン、セメント等が逆流する場合がありますので、衣服などに付着させないように注意して下さい。)
- 6) キャップの取り付け
カートリッジのキャップの取り外しと逆の方法で、キャップをカートリッジへ取り付けます。この際カートリッジの抽出孔にベース及びキャタリストが付着している場合は、ティッシュペーパーなどでふき取ってからキャップを装着して下さい。ベース及びキャタリストが触れた状態でキャップを取り付けると、カートリッジ内でシリコン及びレジン、セメント等が硬化することがありますので十分注意して下さい。

【使用方法に関する使用上の注意】

- ① ミキシングチップⅡは1患者1個の単回使用とし、他の患者への使いまわしはしないで下さい。
- ② ミキシングチップⅡ内でシリコン及びレジンが硬化した後にディスペンサーガンを無理に操作しないで下さい。ディスペンサーガン及びカートリッジの破損を起こすことがあります。
- ③ 使用後のミキシングチップⅡは「破棄物に関する法律」に従い、適切に処理して下さい。

【使用上の注意】

- ① 本品は、【使用目的又は効果】の項に記載された用途以外には使用しないこと。
- ② 印象材の種類(硬度)によっては急激に押し出すと、カートリッジ装着部、ノズルチップの破損のおそれがあるので、押し出しハンドルは慎重に操作すること。
- ③ 使用中に誤飲させないように注意すること。
- ④ 本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管管理すること。
2. 高温多湿の場所をさけること
3. 薬液等かからない様に保存すること

【包装】

- ・ S143 ミキシングチップⅡS (イエロー) 50 本入
- ・ S132 ミキシングチップⅡ (ピンク) 50 本入
- ・ S144 ミキシングチップⅡS (グリーン) 50 本入
- ・ S133 ミキシングチップⅡ (ブルー) 50 本入
- ・ S140 ミキシングチップⅡ (ムラサキ) 50 本入
- ・ S123 ミキシングチップⅡ (コア用) 50 本入
- ・ S124 ミキシングチップⅡS (レジンセメント) 50 本入
- ・ S125 ミキシングチップⅡL (レジンセメント) 50 本入

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元：株式会社ビットストロング
住 所：〒112-0002 東京都文京区小石川 2 丁目 25 番 16 号
電話番号：03-3868-5605

外国製造業者：SEIL GLOBAL Co., LTD.
原産国：大韓民国

ご使用前に取扱説明書を必ずご参照ください。

添付文書

機械器具 66 歯科用練成器

一般医療機器 歯科用練成器具 (70682000)

再使用禁止

BS New ミキシングチップⅡ

【禁忌・禁止】：再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

形状・外観：



S143 S132 S144 S133 S140 S123 S124 S125

構造

JIS規格カートリッジに装着出来る形状及び既定の規格を有した基材及び硬化剤の射出口を有する。

寸法・用途

型番	名 称	全長 (mm)	用 途
S143	ミキシングチップⅡS (イエロー)	57.2	ライトボディ印象材
S132	ミキシングチップⅡ (ピンク)	80	レギュラー/モノフェーズ印象材 ヘビーボディ印象材
S144	ミキシングチップⅡS (グリーン)	80	ヘビーボディ印象材 バイト咬合採得印象材
S133	ミキシングチップⅡ (ブルー)	58	コア材
S140	ミキシングチップⅡ (ムラサキ)	65	コア材
S123	ミキシングチップⅡ (コア用)	37	コア材、セメント材
S124	ミキシングチップⅡS (レジンセメント)	39.3	コア材、レジンセメント材
S125	ミキシングチップⅡL (レジンセメント)	50	コア材、レジンセメント材

原理・構造：カートリッジから押し出された印象材、セメント及びレジンコア材が、チップ内の攪拌羽根により練和され、チップより射出する構造

【使用目的又は効果】

カートリッジから押し出された印象材及びレジン、セメント等の練和に使用。

【使用方法等】

- 1) カートリッジのキャップ取り外し
カートリッジのキャップを反時計方向に45°回転させ、カートリッジに付与されたきざみ部とキャップの突起部を合せて引き抜きます。
- 2) ミキシングチップⅡ装着前準備
練和紙上に少量押し出し、ベースとキャタリストが均等に出ていることを確認します。(均等に出ていない場合、硬化不良及び適正な効果が得られない場合がありますので注意して下さい。)
- 3) ミキシングチップⅡの装着
カートリッジに付与されたV字溝とミキシングチップⅡのジョイント部にあるアジャストポイントを合せて差し込み、時計方向へ90°回転させ、ミキシングチップⅡを確実に装着します。
- 4) 抽出
ディスペンサーガンのハンドルを操作し、印象材又はレジン、セメント等を抽出します。

- 5) ミキシングチップⅡの取り外し
ミキシングチップⅡの装着と逆の方法で、ミキシングチップⅡをカートリッジから取り外します。(この際ジョイント部からシリコン又はレジン、セメント等が逆流する場合がありますので、衣服などに付着させないように注意して下さい。)
- 6) キャップの取り付け
カートリッジのキャップの取り外しと逆の方法で、キャップをカートリッジへ取り付けます。この際カートリッジの抽出孔にベース及びキャタリストが付着している場合は、ティッシュペーパーなどでふき取ってからキャップを装着して下さい。ベース及びキャタリストが触れた状態でキャップを取り付けると、カートリッジ内でシリコン及びレジン、セメント等が硬化することがありますので十分注意して下さい。

【使用方法に関する使用上の注意】

- ① ミキシングチップⅡは1患者1個の単回使用とし、他の患者への使いまわしはしないで下さい。
- ② ミキシングチップⅡ内でシリコン及びレジンが硬化した後にディスペンサーガンを無理に操作しないで下さい。ディスペンサーガン及びカートリッジの破損を起こすことがあります。
- ③ 使用後のミキシングチップⅡは「破棄物に関する法律」に従い、適切に処理して下さい。

【使用上の注意】

- ① 本品は、【使用目的又は効果】の項に記載された用途以外には使用しないこと。
- ② 印象材の種類(硬度)によっては急激に押し出すと、カートリッジ装着部、ノズルチップの破損のおそれがあるので、押し出しハンドルは慎重に操作すること。
- ③ 使用中に誤飲させないように注意すること。
- ④ 本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管管理すること。
2. 高温多湿の場所をさけること
3. 薬液等かからない様に保存すること

【包装】

- ・ S143 ミキシングチップⅡS (イエロー) 50 本入
- ・ S132 ミキシングチップⅡ (ピンク) 50 本入
- ・ S144 ミキシングチップⅡS (グリーン) 50 本入
- ・ S133 ミキシングチップⅡ (ブルー) 50 本入
- ・ S140 ミキシングチップⅡ (ムラサキ) 50 本入
- ・ S123 ミキシングチップⅡ (コア用) 50 本入
- ・ S124 ミキシングチップⅡS (レジンセメント) 50 本入
- ・ S125 ミキシングチップⅡL (レジンセメント) 50 本入

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元：株式会社ビットストロング
住 所：〒112-0002 東京都文京区小石川 2 丁目 25 番 16 号
電話番号：03-3868-5605

外国製造業者：SEIL GLOBAL Co., LTD.
原産国：大韓民国

ご使用前に取扱説明書を必ずご参照ください。

添付文書

機械器具 66 歯科用練成器

一般医療機器 歯科用練成器具 (70682000)

再使用禁止

BS New ミキシングチップⅡ

【禁忌・禁止】：再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

形状・外観：



S143 S132 S144 S133 S140 S123 S124 S125

構造

JIS規格カートリッジに装着出来る形状及び既定の規格を有した基材及び硬化剤の射出口を有する。

寸法・用途

型番	名 称	全長 (mm)	用 途
S143	ミキシングチップⅡS (イエロー)	57.2	ライトボディ印象材
S132	ミキシングチップⅡ (ピンク)	80	レギュラー/モノフェーズ印象材 ヘビーボディ印象材
S144	ミキシングチップⅡS (グリーン)	80	ヘビーボディ印象材 バイト咬合採得印象材
S133	ミキシングチップⅡ (ブルー)	58	コア材
S140	ミキシングチップⅡ (ムラサキ)	65	コア材
S123	ミキシングチップⅡ (コア用)	37	コア材、セメント材
S124	ミキシングチップⅡS (レジンセメント)	39.3	コア材、レジンセメント材
S125	ミキシングチップⅡL (レジンセメント)	50	コア材、レジンセメント材

原理・構造：カートリッジから押し出された印象材、セメント及びレジンコア材が、チップ内の攪拌羽根により練和され、チップより射出する構造

【使用目的又は効果】

カートリッジから押し出された印象材及びレジン、セメント等の練和に使用。

【使用方法等】

- 1) カートリッジのキャップ取り外し
カートリッジのキャップを反時計方向に45°回転させ、カートリッジに付与されたきざみ部とキャップの突起部を合せて引き抜きます。
- 2) ミキシングチップⅡ装着前準備
練和紙上に少量押し出し、ベースとキャタリストが均等に出ていることを確認します。(均等に出ていない場合、硬化不良及び適正な効果が得られない場合がありますので注意して下さい。)
- 3) ミキシングチップⅡの装着
カートリッジに付与されたV字溝とミキシングチップⅡのジョイント部にあるアジャストポイントを合せて差し込み、時計方向へ90°回転させ、ミキシングチップⅡを確実に装着します。
- 4) 抽出
ディスペンサーガンのハンドルを操作し、印象材又はレジン、セメント等を抽出します。

- 5) ミキシングチップⅡの取り外し
ミキシングチップⅡの装着と逆の方法で、ミキシングチップⅡをカートリッジから取り外します。(この際ジョイント部からシリコン又はレジン、セメント等が逆流する場合がありますので、衣服などに付着させないように注意して下さい。)
- 6) キャップの取り付け
カートリッジのキャップの取り外しと逆の方法で、キャップをカートリッジへ取り付けます。この際カートリッジの抽出孔にベース及びキャタリストが付着している場合は、ティッシュペーパーなどでふき取ってからキャップを装着して下さい。ベース及びキャタリストが触れた状態でキャップを取り付けると、カートリッジ内でシリコン及びレジン、セメント等が硬化することがありますので十分注意して下さい。

【使用方法に関する使用上の注意】

- ① ミキシングチップⅡは1患者1個の単回使用とし、他の患者への使いまわしはしないで下さい。
- ② ミキシングチップⅡ内でシリコン及びレジンが硬化した後にディスペンサーガンを無理に操作しないで下さい。ディスペンサーガン及びカートリッジの破損を起こすことがあります。
- ③ 使用後のミキシングチップⅡは「破棄物に関する法律」に従い、適切に処理して下さい。

【使用上の注意】

- ① 本品は、【使用目的又は効果】の項に記載された用途以外には使用しないこと。
- ② 印象材の種類(硬度)によっては急激に押し出すと、カートリッジ装着部、ノズルチップの破損のおそれがあるので、押し出しハンドルは慎重に操作すること。
- ③ 使用中に誤飲させないように注意すること。
- ④ 本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管管理すること。
2. 高温多湿の場所をさけること
3. 薬液等かからない様に保存すること

【包装】

- ・ S143 ミキシングチップⅡS (イエロー) 50 本入
- ・ S132 ミキシングチップⅡ (ピンク) 50 本入
- ・ S144 ミキシングチップⅡS (グリーン) 50 本入
- ・ S133 ミキシングチップⅡ (ブルー) 50 本入
- ・ S140 ミキシングチップⅡ (ムラサキ) 50 本入
- ・ S123 ミキシングチップⅡ (コア用) 50 本入
- ・ S124 ミキシングチップⅡS (レジンセメント) 50 本入
- ・ S125 ミキシングチップⅡL (レジンセメント) 50 本入

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元：株式会社ビットストロング
住 所：〒112-0002 東京都文京区小石川 2 丁目 25 番 16 号
電話番号：03-3868-5605

外国製造業者：SEIL GLOBAL Co., LTD.
原産国：大韓民国

ご使用前に取扱説明書を必ずご参照ください。