

機械器具 39 医療用鉗子

一般医療機器 鉗子 (JMDN コード : 10861001)

ルドルフ 耳科手術用鉗子

【形状・構造及び原理等】

代表例を以下に示す。

1. 形状



2. 原材料（接触部の組成）ステンレス鋼

【使用目的又は効果】

本品は、身体組織等を把持、結合、圧迫又は支持することを目的とした器具である。

【使用方法等】

1. 使用前

本品が十分に洗浄、滅菌されていることを確認する。特に、初回使用時には、滅菌前に本品の洗浄を2回以上行うこと。

滅菌方法は装置の製造元又は施設の定める方法で滅菌した上で使用する。

2. 使用方法

把持部を操作し、身体組織等を把持、結合、圧迫又は支持する。

<使用方法等に関する使用上の注意>

- (1) 電気メス等の高電流が発生する電気機器との併用時は電流路で本品を使用しないこと。また本品に接触させないこと。
- (2) 本品は、視覚的に確認できる範囲に使用すること。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- (1) 本品に過度な力を加えたり、てことして使用しないこと。
- (2) 本品の不具合に備えて予備の機器を準備しておくこと。
- (3) 本品をグルタルアルデヒド、酸性又はアルカリ性溶液に浸けないこと。
- (4) 使用後は直ちに洗浄・滅菌・乾燥させること。

2. 不具合・有害事象

本品は使用に際し、以下のようないくつかの不具合・有害事象が考えられる。

- (1) 重大な不具合
 - 1) 本品に過度な負荷がかかりことによる本品の破損
 - 2) 不十分な洗浄や乾燥又は不適切な洗浄剤の使用による本品の錆、腐食及び破損。
- (2) 重大な有害事象
 - 1) 本品の破損による患者又は術者への損傷。破損片の体内遺残。
 - 2) 本品の不具合による手術手技の変更、手術時間の延長又は再手術。
 - 3) 不十分な洗浄・滅菌による感染。

【保管方法及び有効期間等】

清潔な場所に室温で保管すること。

【保守・点検に係る事項】

<使用者による保守点検事項>

- (1) 本品の使用後は直ちに洗浄すること。
- (2) 洗浄には酵素系中性洗浄剤及び柔らかなブラシ等を用いて、完全に汚れを除去すること。
- (3) 洗浄剤を流水で完全にすすぐこと。
- (4) 洗浄後は適切な滅菌方法で滅菌すること。
- (5) 本品に異常を認めた場合は直ちに使用を中止し、弊社担当者まで連絡すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

カグラメディカル株式会社

〒250-0011

神奈川県小田原市栄町2丁目8番20号

T E L : 0465-46-7522

F A X : 0465-46-9522

外国製造業者

ルドルフ メディカル ゲーエムベーハー (ドイツ)

RUDOLF Medical GmbH (Germany)