類別：機械器具（06）呼吸補助器
管理医療機器　一般的名称：呼吸回路セット JMDNコード 70566000

CVJ 呼吸回路シリーズ

（Plastiflex スムース呼吸回路（15mm×180cm））

再使用禁止

【警告】
・使用前に接続に誤りがないか、また使用中に各接続部での漏れや閉塞がないかを確認すること。【適切な呼吸管理が行えない恐れがあるため。】
・使用中は、常に患者の適切なモニタリングをおこなうこと。【治療の遅延、重大な事故につながる恐れがあるため。】

【禁忌・禁止】
・再使用および滅菌禁止【感染物質の蔓延、治療の中断、重篤な損傷等につながる恐れがあるため。】

【形状・構造及び原理等】
＜形状・構造＞



・接続口：22F／22F（ISO5356-1 に準拠）
＜動作原理＞
機器や呼吸回路コンポーネントに接続し、患者へガスを送気する。

【使用目的又は効果】
人工呼吸器等に接続し、呼吸管理に用いる。

【使用方法等】
＜使用方法＞
1. 各部に破損等が無いことを確認する。
2. 機器や製品に接続する。
3. 接続部に緩みや漏れが無いことを確認する。
4. 併用可能な医療機器
・適合規格：ISO5356 - 1 に準拠した接続口を装備したもの

＜使用後の取扱い＞
1. 接続した機器や製品から外す。

【使用上の注意】
1. 使用注意
(1)呼吸回路内に貯留した水分が逆流しないように本製品の配置に注意すること。【流量抵抗の上昇、閉塞等により、正常な換気が行えない恐れがあるため。】
(2)定期的に患者の状態、本製品のはずれや閉塞等を確認し、必要に応じて適切な処置を施すこと。【流量抵抗の上昇、閉塞等により、正常な換気が行えない恐れがあるため。】
(3)定められた期間使用した後は、破棄して交換すること。【使用期限超過により破損の原因となるため。】
2. 重要な基本的注意
(1)本製品を滅菌、消毒しないこと。また化学薬品、クリーナー、消毒剤との接触は避けること。【破損等により、品質上の不具合が生じる恐れがあるため。】
(2)機器や製品との接続が確実で漏れのないことを確認すること。
(3)過度な負荷をかけないこと。【破損等により品質上の不具合が生じる恐れがあるため。】

【保管方法及び有効期間等】
＜輸送、保管の環境条件＞
温度：－20 ～ 55 ℃
湿度：0 ～ 95 %
直射日光を避ける。
＜有効期限＞
有効期限は製品ラベルに記載されている。
＜使用期限＞
最長 1 年
・自己認証（当社データ）による。
・限度内でも使用済みのものは廃棄する。
・限度内でも汚染や破損等の異常があった場合、新品と交換する。

【保守・点検に係る事項】
＜廃棄方法＞
各自治体や施設の規定に従い、医療廃棄物として廃棄すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
製造販売業者：　カフベンテックジャパン株式会社
電　話　番　号：　03-3814-1133
総　販　売　元：　ノーザリーメディカル株式会社(お問い合せ先)
電　話　番　号：　0120-761-936
外国製造業者：　Plastiflex Group NV
製　造　国　名：　ベルギー